

RAYSTATION 12A SP1

Istruzioni per l'uso di RayTreat 6A SP1



RayTreat
RayStation



Traceback information:
Workspace Main version a734
Checked in 2022-10-14
Skribenta version 5.4.033

Declinazione di responsabilità

Per informazioni sulla funzionalità non disponibili per motivi normativi, vedere le Informazioni di carattere normativo nelle Istruzioni per l'uso di RayStation.

Dichiarazione di conformità



Conforme alla normativa Medical Device Regulation (MDR) 2017/745. Una copia della relativa Dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta.

Notifiche di sicurezza

Questa documentazione per l'utente contiene AVVERTENZE riguardanti l'uso sicuro del prodotto che devono essere rispettate accuratamente.



AVVERTENZA!

Il segnale di avvertenza generico segnala un rischio di danno fisico. Nella maggior parte dei casi, il rischio è correlato ad un errato trattamento del paziente.

Nota: *La nota fornisce informazioni aggiuntive relative ad un argomento specifico, ad esempio aspetti da considerare quando si esegue una determinata fase di un'istruzione.*

Copyright

Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un consenso scritto preliminare da parte di RaySearch Laboratories AB (publ).

Tutti i diritti riservati. © 2022, RaySearch Laboratories AB (publ).

Materiale stampato

Su richiesta sono disponibili copie cartacee dei documenti relativi alle Istruzioni per l'uso e alle Note sulla release.

Marchi di fabbrica

RayAdaptive, RayAnalytics, RayBiology, RayCare, RayCloud, RayCommand, RayData, RayIntelligence, RayMachine, RayOptimizer, RayPACS, RayPlan, RaySearch, RaySearch Laboratories, RayStation, RayStore, RayTreat, RayWorld e il logotipo RaySearch Laboratories sono marchi di fabbrica di RaySearch Laboratories AB (publ)*.

I marchi commerciali di terzi utilizzati nel presente documento sono di proprietà dei loro rispettivi titolari, che non sono affiliati a RaySearch Laboratories AB (publ).

RaySearch Laboratories AB (publ) (incluse le sue società affiliate) viene indicata qui di seguito come RaySearch.

* Soggetto a registrazione in alcuni mercati.



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	7
2	INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	9
2.1	Etichetta del prodotto RayTreat	9
3	INFORMAZIONI NECESSARIE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO	11
3.1	Test obbligatori dei centri	11
3.2	Versioni supportate dei software del fornitore della macchina	11
3.3	Precauzioni di sicurezza	12
3.3.1	Avvertenze generali	12
3.3.2	Avvertenze relative ad Accuray	16
3.3.3	Avvertenze correlate a IBA	16
3.3.4	Avvertenze correlate a ProNova	17
4	NOTE DI RILASCIO	19
4.1	Novità e miglioramenti in RayTreat 6A SP1	20
4.2	Problemi noti relativi alla sicurezza del paziente	20
4.2.1	RayTreat installato come applicazione desktop	20
4.2.2	RayTreat installato come applicazione desktop (Accuray)	22
4.2.3	RayTreat installato come applicazione desktop (IBA)	22
4.2.4	RayTreat installato come applicazione desktop (ProNova)	22
4.3	Altri problemi noti	22
4.3.1	RayTreat installato come applicazione desktop	22
4.3.2	RayTreat installato come applicazione desktop (Accuray)	25
5	RAYTREAT	27
5.1	Configurazione di Clinic Settings per RayTreat	28
5.1.1	Configurare l'approvazione dell'erogazione del set di fasci in Clinic settings	31
5.2	Gestione del trattamento in RayStation	32
5.2.1	Panoramica	32
5.2.2	Use plan in treatment course	34
5.2.3	Cancellare tutti i set di fasci	39
5.2.4	Modifica stato del QA	40
5.2.5	Approvare il trattamento	41
5.2.6	Annullare l'approvazione del trattamento	42
5.2.7	Modificare il trattamento	42
5.2.8	Mostra/modifica la nota del set di fasci	44
5.2.9	Approvazione dell'erogazione del set di fasci nel trattamento	44
5.3	Gestione delle tabelle di tolleranza	48
5.4	Attività RayTreat	49
5.4.1	Barra superiore dell'interfaccia utente	49

5.4.2	Schedule (Programmazione)	49
5.4.3	Preparation (Preparazione)	54
5.4.4	Erogazione	59
5.4.5	QA	69
5.5	Risultati del trattamento in RayStation	71
5.5.1	Annulla sessione	72
5.5.2	Modificare l'erogazione	72
5.5.3	Aggiungere una sessione alla frazione	75
5.5.4	Completare il trattamento	76
INDICE	77

1 INTRODUZIONE

A proposito di RayTreat

RayTreat è utilizzato per erogare piani creati in RayStation e programmati tramite RayCare. RayCare e l'applicazione RayTreat forniscono un sistema completo per la gestione dei trattamenti dei pazienti dal momento della registrazione per il trattamento radioterapico fino all'erogazione del trattamento radioterapico.

RayTreat è un'applicazione client di RayStation lanciata con l'interfaccia utente grafica (GUI) Treatment Delivery (Erogazione trattamento) o con un servizio equivalente ed è normalmente installata su un computer nella sala di controllo del trattamento di una clinica.

Questo manuale descrive le parti della procedura direttamente correlate all'erogazione dei piani di trattamento:

- Gestione dei piani di trattamento in RayStation per l'erogazione del trattamento in RayTreat
- Esecuzione dell'erogazione di un QA paziente-specifico in RayTreat
- Erogazione del trattamento in RayTreat

Informazioni sul presente manuale

È possibile installare RayTreat sia come applicazione che come servizio (RTaaS). La modalità di installazione dipende dal software del fornitore della macchina con cui RayTreat si integra. RayTreat si connette a RayStation e RayCare allo stesso modo sia quando viene installato come applicazione che come servizio.

Prima di utilizzare RayTreat clinicamente con una nuova macchina o dopo un aggiornamento di qualsiasi software o hardware pertinente, i casi di test nelle Specifiche dei test per l'integrazione dei dispositivi di trattamento devono essere eseguiti su almeno un ambiente di valutazione, per verificare la correttezza dell'integrazione clinica:

- *RSL-D-RS-12ASP1 RTTDITS, RayStation RayTreat 6A SP1 Treatment Device Integration Test Specification* - se RayTreat è installato come applicazione.

Inoltre, le Specifiche dei test per l'installazione devono essere eseguite sull'ambiente clinico, per verificare la correttezza dell'installazione clinica:

- *RSL-D-RS-12ASP1 RTITS, RayStation RayTreat 6A SP1 Installation Test Specification* - se RayTreat è installato come applicazione.

Questo documento è un'aggiunta a *RSL-D-RS-12A-USM, RayStation 12A User Manual* e riepiloga alcune delle funzioni più importanti dell'applicazione RayTreat.

Studiare attentamente questo manuale e il *RSL-D-RS-12A-IFU, RayStation 12A SP1 Instructions for Use* prima di utilizzare l'applicazione RayTreat. Il corretto funzionamento del dispositivo può essere garantito soltanto se le istruzioni descritte in questi documenti vengono rispettate.

Studiare attentamente le Note sulla release in questo manuale e *RSL-D-RS-12A-RN, RayStation 12A SP1 Release Notes*. Queste note contengono le istruzioni finali sull'uso dell'applicazione RayTreat.

Il sistema RayStation 12A è inoltre descritto nella documentazione del prodotto RayStation 12A. Le Istruzioni per l'installazione e le Specifiche dei test di RayTreat forniscono istruzioni per l'installazione e la configurazione di RayTreat, nonché test per la verifica dell'installazione.

Fare riferimento alla documentazione del prodotto RayCare 6A per informazioni sul sistema RayCare 6A.


2 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Questo capitolo descrive l'etichetta del prodotto RayTreat. Per informazioni sul prodotto relative al sistema RayStation 12A, fare riferimento al *RSL-D-RS-12A-IFU, RayStation 12A SP1 Instructions for Use*.





2.1 ETICHETTA DEL PRODOTTO RAYTREAT

Il numero di versione del sistema RayStation 12A installato può essere trovato selezionando **Help: About RayStation** nel menu RayTreat.






Si possono identificare le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto = RayStation
-  **产品型号: RayStation** (solo per il mercato cinese)
- Versione della release = **13.1**
- Nome commerciale = RayStation RayTreat 6A SP1
- Numero di versione del software = **13.1.0.144**
- Versione clinica = Indica che il software è destinato all'uso clinico.

Nota: un'installazione clinica richiede sia una versione clinica che una licenza clinica. In caso contrario, nella barra del titolo verrà visualizzato "Non per uso clinico".

- Ciclo di vita del prodotto = La durata di mercato è di un anno dopo la successiva versione principale, ma non meno di tre anni
- Software del sistema di pianificazione del trattamento radioterapico = Il nome generico del prodotto
-  **产品名称: 放射治疗计划系统软件** (solo per il mercato cinese)
-  = Indica che il prodotto è un dispositivo medico
-  = numero di identificazione univoco del dispositivo
-  = Il rappresentante autorizzato e importatore svizzero
- Informazioni sul driver = Le versioni qualificate del driver. Espandere questo campo facendo clic sulla freccia. Si noti che per i driver di RayTreat, solo i primi tre numeri sono significativi. Il

quarto numero è un numero di build che può differire da quello del numero di build del software e non viene utilizzato per la convalida.

-  = Marchio CE e numero dell'organismo notificato
-  = Data di produzione
-  = Consultare le istruzioni per l'uso
-  = Nome e indirizzo del produttore
-  = Indirizzo e-mail dell'assistenza




Figura 1. La finestra di dialogo **About RayStation** per RayTreat.

3 INFORMAZIONI NECESSARIE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

Attenersi alle avvertenze seguenti e alle avvertenze descritte in *RSL-D-RS-12A-IFU, RayStation 12A SP1 Instructions for Use* per il funzionamento in sicurezza dell'applicazione RayTreat.

3.1 TEST OBBLIGATORI DEI CENTRI

Prima di utilizzare RayTreat clinicamente con una nuova macchina o dopo un aggiornamento di qualsiasi software o hardware pertinente, i casi di test nelle Specifiche dei test per l'integrazione dei dispositivi di trattamento devono essere eseguiti su almeno un ambiente di valutazione, per verificare la correttezza dell'integrazione clinica:

- *RSL-D-RS-12ASP1 RTTDITS, RayStation RayTreat 6A SP1 Treatment Device Integration Test Specification* - se RayTreat è installato come applicazione.

Inoltre, le Specifiche dei test per l'installazione devono essere eseguite sull'ambiente clinico, per verificare la correttezza dell'installazione clinica:

- *RSL-D-RS-12ASP1 RTITS, RayStation RayTreat 6A SP1 Installation Test Specification* - se RayTreat è installato come applicazione.

3.2 VERSIONI SUPPORTATE DEI SOFTWARE DEL FORNITORE DELLA MACCHINA

RayTreat 6A SP1 può essere utilizzato solo insieme alle seguenti versioni convalidate dei software del fornitore della macchina di trattamento:

IBA

RayTreat 6A SP1 è compatibile con il sistema IBA PTS release 12.1.

ProNova

RayTreat 6A SP1 è compatibile con ProNova TRCS versione 1.3.5.2.

Accuray Tomo

RayTreat 6A SP1 è compatibile con Accuray iDMS versione 3.3.0.0, Accuray Treatment Delivery Console versione 8.0.0.10 e Accuray Radixact versione 3.0.0.10.

Accuray CyberKnife

RayTreat 6A SP1 è compatibile con Accuray iDMS versione 3.3.0.0 e Cyberknife M6 versione 11.2.

Altre versioni

Dopo il rilascio potrebbero essere state convalidate altre versioni dei software. Contattare support@raysearchlabs.com per informazioni su tutte le versioni più recenti supportate. L'esecuzione di RayTreat con versioni dei software del fornitore non convalidata è severamente vietata. Se è necessario eseguire una nuova convalida, contattare RaySearch.

3.3 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

3.3.1 Avvertenze generali



AVVERTENZA!

Modelli di macchine. L'utente che configura quali modelli di macchine sono supportati in quali stanze deve conoscere a fondo la clinica, le sue stanze e i modelli di macchine. È fortemente sconsigliato rimuovere o rinominare qualsiasi modello di macchina durante la configurazione di una stanza. Si raccomanda invece di deprecare la macchina in RayPhysics se non si intende più utilizzare un modello di macchina. È ancora possibile aggiungere nuovi modelli di macchine a una stanza.

[341177]



AVVERTENZA!

Prescrizione nella finestra di dialogo Approve treatment course (Approva trattamento). La dose nominale prescritta pianificata mostrata nella finestra di dialogo *Approve treatment course* è la somma dei contributi della dose nominale per tutte le frazioni del trattamento. La prescrizione non viene sincronizzata automaticamente tra RayStation e RayCare. L'utente deve assicurarsi che la prescrizione nella finestra di dialogo *Approve treatment course* corrisponda alla prescrizione in RayCare.

[341634]

**AVVERTENZA!**

Revisione dell'immagine offline. Se un'immagine registrata per la revisione dell'immagine offline viene visualizzata come "Sconosciuta", significa che non è stata registrata come parte di una sessione di trattamento RayTreat, ma è stata importata e rivista in RayCare successivamente. Quando un'immagine è "Sconosciuta", si consiglia sempre di verificare l'immagine e la revisione dell'immagine offline in RayCare.

(272198)

**AVVERTENZA!**

Assicurare formazione adeguata. L'organizzazione utilizzatrice del sistema deve garantire che gli individui autorizzati ad eseguire i trattamenti siano addestrati in modo appropriato. Questo software può essere utilizzato solo da persone autorizzate ad eseguire i trattamenti e persone adeguatamente formate nelle tecniche di pianificazione dei trattamenti. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. L'utente è responsabile dell'uso clinico appropriato e della dose di radiazioni prescritta.

(1696)

**AVVERTENZA!**

La creazione, la rimozione e l'annullamento degli appuntamenti di trattamento in RayCare non influiscono sul frazionamento in RayTreat. Il numero di frazioni in un trattamento per RayTreat può essere aggiornato solo tramite la gestione del trattamento in RayStation. Inoltre, la creazione di un appuntamento per una sessione di continuazione in RayCare non crea la sessione di continuazione in RayTreat. Questa operazione può essere eseguita solo nella finestra di dialogo Complete session (Completa sessione) in RayTreat o nel modulo Dose Tracking di RayStation.

(1650)



AVVERTENZA!

Le modifiche alla configurazione richiedono il test. Il corretto funzionamento di RayTreat dipende dal collegamento al sistema di erogazione del trattamento, a RayPacs e al database RayStation. Le modifiche alla configurazione di uno di questi componenti richiedono il test secondo le *Istruzioni per l'installazione e le Specifiche dei test di RayTreat* per confermare il corretto funzionamento.

{8849}



AVVERTENZA!

Assicurarsi che il piano previsto sia in uso. Tutti i piani possono essere inclusi nel trattamento, indipendentemente dalla prescrizione o dal numero di frazioni pianificate. Prestare attenzione quando si assegnano piani diversi a frazioni diverse.

{7190}



AVVERTENZA!

Verificare il posizionamento del lettino. Se le posizioni del lettino sono state inserite o propagate, utilizzare la finestra di dialogo "Updated table top positions" insieme al sistema di erogazione del trattamento e al sistema di posizionamento del paziente per verificare che lo spostamento del lettino dal punto di localizzazione al setup e le posizioni dell'isocentro di trattamento del lettino siano coerenti.

{10711}



AVVERTENZA!

Solo i risultati delle sessioni di trattamento completate vengono visualizzati in RayCare. I risultati delle sessioni di trattamento non verranno visualizzati RayCare fino al completamento della sessione. Se non è possibile completare la sessione, il risultato non verrà visualizzato in RayCare.

Si noti che in RayTreat, i risultati dell'erogazione del trattamento vengono visualizzati sia per le sessioni completate che per le sessioni non completate.

{220412}

**AVVERTENZA!**

Importazione offline di registrazioni di trattamento. Per continuare una sessione in cui è necessaria l'importazione di una registrazione di trattamento, la registrazione di trattamento deve essere importata manualmente sia in RayStation che nel PACS. Non è sufficiente importare la registrazione di trattamento solo in RayCare PACS. Non vi è alcuna verifica che tutte le registrazioni di trattamento in RayCare PACS siano state importate in RayTreat. Se tutte le registrazioni di trattamento non sono importate correttamente in RayTreat per una frazione che richiede che una sessione continui, è possibile erogare di nuovo la dose erogata in precedenza.

(272901)

**AVVERTENZA!**

L'utente è responsabile della corretta registrazione dell'erogazione. L'utente che completa una sessione deve garantire che le erogazioni siano registrate correttamente. Se una registrazione non viene ricevuta automaticamente, deve sempre essere eseguita una registrazione manuale. Ciò è necessario per essere certi che una sessione di continuazione non causi un sovradosaggio di radiazioni.

(285060)

**AVVERTENZA!**

Propagazione delle posizioni del lettino alle sessioni di continuazione. La propagazione delle posizioni del lettino alle sessioni di continuazione non è supportata da tutti i driver. Se viene eseguita la propagazione, le nuove posizioni del lettino verranno impostate solo nelle sessioni delle frazioni successive e non nelle sessioni di continuazione, a meno che il driver non lo supporti. È possibile verificare se il driver supporta questa funzione controllando se la funzione "Può propagare le posizioni del lettino alle sessioni di continuazione" per le sale in Clinic Settings è selezionata.

(408169)

3.3.2 Avvertenze relative ad Accuray



AVVERTENZA!

Verificare manualmente lo stato di una sessione di trattamento per coerenza tra la Console di erogazione del trattamento Accuray e RayTreat. La Console di erogazione del trattamento Accuray (TDC) non riceve automaticamente il numero di frazione o lo stato di continuazione da RayTreat. Inoltre, la TDC mostra i numeri di frazione per un piano specifico, mentre RayTreat considera le frazioni nell'intero trattamento. Ad esempio, se un trattamento ha il piano A assegnato alle frazioni 1-4 e 6-9, mentre il piano B assegnato alle frazioni 5 e 10, le frazioni 1-4 avranno numeri di frazione corrispondenti nella TDC, la frazione 5 verrà visualizzata come frazione 1 nella TDC, la frazione 6-9 verrà visualizzata come le frazioni 5-8 nella TDC e la frazione 10 verrà visualizzata come frazione 2 nella TDC.

Lo stato di una sessione di trattamento, per quanto riguarda lo stato di continuazione, il numero di frazioni e il contenuto del piano, deve pertanto essere verificato manualmente per coerenza tra la TDC e RayTreat.

[1689]



AVVERTENZA!

Versioni di Accuray iDMS compatibili. Solo le versioni convalidate del software di sistema Accuray possono essere utilizzate con RayTreat. Per un elenco delle versioni supportate, vedere *sezione 3.2 Versioni supportate dei software del fornitore della macchina a pagina 11.*

[4613]

3.3.3 Avvertenze correlate a IBA



AVVERTENZA!

Versioni del software di sistema IBA compatibili. Solo le versioni convalidate del software di sistema IBA possono essere utilizzate con RayTreat. Per un elenco delle versioni supportate, vedere *sezione 3.2 Versioni supportate dei software del fornitore della macchina a pagina 11.*

[4614]

3.3.4 Avvertenze correlate a ProNova



AVVERTENZA!

Versioni del software di sistema ProNova compatibili. Solo le versioni convalidate della macchina di trattamento ProNova SC360 possono essere utilizzate con RayTreat. Per un elenco delle versioni supportate, vedere *sezione 3.2 Versioni supportate dei software del fornitore della macchina a pagina 11*.

[10752]

4 NOTE DI RILASCIO

Questo capitolo contiene note importanti relative all'uso dell'applicazione RayTreat. Contiene informazioni relative alla sicurezza del paziente ed elenca le nuove caratteristiche, i problemi noti e le possibili soluzioni.

Ogni utente dell'applicazione RayTreat deve avere familiarità con tali problemi noti e con i problemi noti descritti in *RSL-D-RS-12A-RN, RayStation 12A SP1 Release Notes*. Contattare il produttore per qualsiasi domanda sui contenuti.

Nota: *Tenere presente che note di rilascio aggiuntive relative alla sicurezza potrebbero essere distribuite separatamente entro un mese dall'installazione del software.*

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

4.1	Novità e miglioramenti in RayTreat 6A SP1	p. 20
4.2	Problemi noti relativi alla sicurezza del paziente	p. 20
4.3	Altri problemi noti	p. 22

4.1 NOVITÀ E MIGLIORAMENTI IN RAYTREAT 6A SP1

Questo capitolo descrive le novità e i miglioramenti nell'applicazione RayTreat 6A SP1 come parte di RayStation 12A SP1 rispetto all'applicazione RayTreat 5B SP3 come parte di RayStation 11B SP3.

- Ora è possibile annullare una sessione di continuazione non programmata da RayStation.
- Quando la tabella di tolleranza di un set di fasci è stata aggiornata tramite scripting, verranno utilizzati i valori di tolleranza aggiornati.
- Il pulsante *Refresh* è stato aggiunto al menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse su *Treatment course*.
- Ora è possibile eseguire il QA per un set di fasci in una sala di trattamento per la quale non sono stati programmati appuntamenti di trattamento.

4.2 PROBLEMI NOTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL PAZIENTE

4.2.1 RayTreat installato come applicazione desktop

Le istruzioni di setup sono applicabili a tutti i piani con lo stesso set di immagini di pianificazione anziché a un solo piano

Se è disponibile un'istruzione di setup per un set di fasci in RayTreat, tale istruzione di setup verrà utilizzata automaticamente per qualsiasi altro set di fasci definito nello stesso set di immagini di pianificazione. Se i dettagli di setup specifici per il primo fascio sono menzionati nell'istruzione di setup, essi verranno visualizzati erroneamente anche nello spazio di lavoro di preparazione per altri set di fasci. Pertanto, se sono presenti set di fasci o piani multipli con lo stesso set di immagini di pianificazione, è necessario descrivere il setup per tutti i set di fasci e i piani nella stessa istruzione di setup.

[69240]

Registrazione offline tramite RayStation

La modifica della registrazione di trattamento per una sessione che non è l'ultima di una frazione e la modifica del sistema di conteggio totale erogato di un fascio non influiscono sull'elenco dei fasci omessi per nessuna delle sessioni successive già esistenti della frazione.

Qualora un fascio sia stato precedentemente considerato come completamente erogato, ma da quel momento è stato aggiornato come non erogato o parzialmente erogato, la sessione di continuazione ometterà erroneamente il fascio aggiornato. Ciò provocherà un crash di RayTreat quando si tenterà di creare un'altra sessione di continuazione. Per erogare i fasci rimanenti, è necessario ripristinare la registrazione errata, creare un nuovo set di fasci e aggiungerlo al piano.

Quando un fascio è stato precedentemente considerato non erogato o parzialmente erogato, ma da quel momento è stato aggiornato come completamente erogato, tale fascio non sarà incluso nell'elenco dei fasci omessi. Pertanto, nessuno o quasi nessun sistema di conteggio rimanente sarà ancora da erogare in una continuazione per quel fascio.

[146246]

Importazione della registrazione di trattamento per una sessione di continuazione

Quando si modifica l'erogazione e si importa una registrazione di trattamento per una sessione di continuazione durante la quale è stata eseguita un'erogazione in precedenza, la registrazione del fascio verrà visualizzata come un *Planned Meterset* errato. Ciò verrà visualizzato come errore e come fascio errato anche quando tutto è stato erogato correttamente. Passando il cursore sopra l'icona di stato, viene visualizzato il *Planned Meterset* corretto.

[143582]

L'annullamento della sessione tramite RayStation può aggiornare la data di erogazione

Per una sessione annullata senza l'erogazione di alcun sistema di conteggio, la data di erogazione visualizzata corrisponderà all'ultima volta che l'erogazione della sessione è stata approvata. Se l'erogazione di una sessione viene modificata in RayStation, la data visualizzata verrà aggiornata in modo errato.

[145286]

Avanzamento nominale per i pazienti aggiornati

L'avanzamento nominale non riporta alcuna dose erogata per i pazienti con un trattamento creato utilizzando una combinazione di RayStation 10B e RayCare 4B o versioni precedenti. A causa di ciò, la *Expected total dose* verrà erroneamente calcolata come sempre uguale alla *Remaining dose*. Non prendere decisioni in base all'avanzamento nominale per i pazienti che sono stati trattati per cui la *Delivered dose* è ancora indicata come "-". Questo problema riguarda tutte le occorrenze dell'avanzamento nominale nella GUI, inclusi il modulo RayTreat *Delivery*, la finestra di dialogo RayStation *Approve treatment course* e la panoramica RayCare *Treatment course*.

[580171]

Commenti delle attività rimossi senza notifica se immessi senza salvare

Se in RayTreat vengono immessi commenti delle attività senza salvare, i commenti saranno rimossi senza alcuna notifica alla chiusura dell'attività, quando si esce dal modulo o quando si seleziona un'altra sessione.

[712699]

Il valore Snout Position Tolerance non è definito nei piani con ioni RayTreat (driver di trattamento IBA e ProNova)

Il piano inviato al sistema di erogazione del trattamento non contiene l'attributo *Snout Position Tolerance* (300A,004B). Ciò significa che verrà sempre applicato il valore di tolleranza predefinito per la posizione del diffusore indicato nel sistema di erogazione del trattamento.

[712456]

4.2.2 RayTreat installato come applicazione desktop (Accuray)

Erogazione di frazioni non in ordine

L'erogazione di frazioni in un ordine diverso da quello previsto è supportata da RayTreat, ma non è supportata da Accuray. Non programmare le frazioni in Accuray in modo tale che vengano erogate non in ordine all'interno dello stesso set di fasci.

[344094]

È possibile contrassegnare come pronte per il trattamento più sessioni di quelle consentite quando si riavvia il driver

Il riavvio del driver mentre si effettua il check-in di più sessioni può far sì che più di una sessione venga contrassegnata come pronta per il trattamento. Se la sessione aperta in RayTreat è diversa dalla sessione selezionata per il trattamento nel software Accuray, le istruzioni di setup visualizzate possono non essere corrette.

Assicurarsi che non sia stato effettuato il check-in di più di una sessione dopo aver riavviato il driver.

[410675]

4.2.3 RayTreat installato come applicazione desktop (IBA)

Correzione del lettino online suggerita durante l'imaging rispetto al fascio di trattamento

La correzione del lettino online suggerita visualizzata in RayTreat potrebbe essere sbagliata quando l'imaging viene eseguito su qualsiasi altro fascio diverso dal fascio di setup. La posizione e la rotazione del fascio di setup verranno sempre utilizzate nel calcolo delle correzioni del lettino online suggerite. Assicurarsi di utilizzare solo la correzione del lettino online suggerita per la verifica durante l'imaging rispetto al fascio di setup.

[344436]

4.2.4 RayTreat installato come applicazione desktop (ProNova)

Nota di sessione per il QA

Le note aggiunte per una sessione di QA non verranno visualizzate in alcun software RaySearch. Pertanto, utilizzare solo le note per le sessioni di trattamento, non per le sessioni di QA.

[408668]

4.3 ALTRI PROBLEMI NOTI

4.3.1 RayTreat installato come applicazione desktop

Lo stato visualizzato di un fascio di QA può variare dopo l'approvazione della sessione di QA

Lo stato visualizzato di un fascio di QA potrebbe variare tra l'esecuzione del QA e dopo l'approvazione della sessione di QA. L'indicatore che un fascio non era valido durante l'erogazione potrebbe non

essere visualizzato dopo l'approvazione. Tuttavia, il sistema di conteggio specificato ed erogato sarà sempre corretto.

[69236]

Annullamento di una sessione non programmata tramite RayStation

Quando si annulla una sessione di trattamento non programmata tramite RayStation, le informazioni di programmazione di tale sessione verranno impostate in RayTreat. Di conseguenza, la sessione annullata verrà visualizzata come sessione calendarizzata nella sala in cui è stata annullata. Tuttavia, questa informazione non sarà visibile in RayCare.

[145299]

Non è possibile annullare un trattamento

Non è possibile annullare un trattamento in RayTreat. Ogni frazione deve invece essere annullata manualmente, tramite RayTreat o RayStation.

[342758]

La modifica del nome della sala impedisce l'utilizzo di piani già approvati

Dopo aver aggiornato il nome di una sala o aver creato una nuova sala, i piani precedentemente approvati per le macchine di trattamento supportate dalla sala non possono essere utilizzati in tale sala nuova o aggiornata. L'utente deve annullare l'approvazione del piano, approvare e assegnare nuovamente il piano oppure copiare il piano e utilizzare tale copia.

[409606]

La modifica del nome della sala influisce sulla visualizzazione delle erogazioni precedenti

Dopo aver aggiornato il nome di una sala, i trattamenti precedenti in tale stanza verranno visualizzati come fuori tolleranza in RayStation e in RayTreat. La dose erogata verrà visualizzata in rosso e la descrizione del comando dell'icona di stato informerà che non è possibile recuperare le tolleranze per la sala.

[409607]

Non rinominare un piano dopo l'approvazione del set di fasci

RayTreat utilizzerà il nome del piano utilizzato quando è stato assegnato al trattamento. Se il nome del piano viene modificato dopo l'approvazione del set di fasci, ciò potrebbe comportare la visualizzazione di set di fasci dello stesso piano con nomi del piano diversi a seconda di quando sono stati assegnati.

[344738]

I set di fasci utilizzati in precedenza non possono essere riassegnati dopo un aggiornamento

Dopo un aggiornamento, i set di fasci utilizzati in precedenza per il trattamento non possono più essere assegnati alle frazioni. L'assegnazione precedente dei set di fasci viene mantenuta, ma la dose per i set di fasci creati prima dell'aggiornamento deve essere ricalcolata prima che i set di fasci possano essere assegnati, e ciò non è consentito per i set di fasci utilizzati per il trattamento. Per

assegnare il set di fasci, creare una copia del set di fasci/del piano e utilizzare tale copia per assegnare i nuovi set di fasci.

[580225]

I piani alternativi non approvati possono sembrare assegnabili alle frazioni

Se si tenta di assegnare piani alternativi e ciascuno di essi contiene un set di fasci non approvato, le informazioni nella finestra di dialogo *Use plan in treatment course* verranno visualizzate in modo errato. La finestra di dialogo indicherà che uno dei set di fasci non approvati verrà assegnato alle frazioni. Quando si fa clic su *OK*, l'assegnazione del piano avrà esito negativo e verrà eseguito il ripristino. Assicurarsi che tutti i set di fasci siano stati approvati prima di assegnare piani alternativi.

[577123]

Sistema di conteggio pianificato con contributi di fasci multipli in una sessione

Il valore del sistema di conteggio pianificato mostrato per un fascio non prende in considerazione i contributi di fasci precedenti all'interno della stessa sessione. Per tutti i fasci, il valore del sistema di conteggio pianificato mostrato per il fascio corrisponde all'intera quantità da erogare pianificata nella sessione corrente.

[576258]

Il blocco di RayTreat può causare una sessione errata

Se la GUI di RayTreat si blocca durante il trattamento, esiste il rischio che la sessione diventi errata. Le sessioni errate non accettano nuove registrazioni di trattamento dal dispositivo di erogazione. Il trattamento può essere completato sul dispositivo di erogazione, ma nessuna informazione sull'erogazione verrà salvata da RayTreat. L'utente è costretto ad annullare la sessione in RayTreat. Se la sessione diventa errata, controllare le immagini ricevute e tutte le registrazioni di trattamento (se presenti) e aggiungere manualmente le registrazioni in modo che corrispondano con il trattamento. Successivamente, eseguire l'importazione offline delle registrazioni di trattamento memorizzate da RayTreat e rimuovere le registrazioni manuali.

[226095]

La modifica del nome di un paziente può causare l'assenza di informazioni in RayTreat

La modifica del nome di un paziente in RayCare mentre il paziente è aperto in RayStation può causare l'assenza dei dati del paziente (inclusa l'assenza dei contrassegni) in RayTreat. In questo caso, viene visualizzato un messaggio di errore. Per correggere il problema, chiudere il paziente in RayStation, quindi modificare la sessione selezionata in RayTreat.

[408401]

Le informazioni sulla programmazione possono rimanere in RayTreat dopo aver modificato il numero di frazioni

Gli appuntamenti di trattamento per le sessioni che sono state rimosse e aggiunte nuovamente dopo aver modificato il numero di frazioni possono essere visualizzati in modo errato nelle fasce

orarie programmate in precedenza. Le fasce orarie vengono corrette quando gli appuntamenti vengono programmati in RayCare.

[339203]

4.3.2 RayTreat installato come applicazione desktop (Accuray)

Coordinate suggerite di correzione del lettino visualizzate come non definite nei sistemi Accuray

Per i sistemi Accuray TomoTherapy, Radixact e CyberKnife, la correzione del lettino suggerita non viene calcolata dalla registrazione e tutte le coordinate verranno visualizzate come non definite.

[69237]

Non è possibile decidere se un'immagine è MVCT o CBCT

Quando si esegue l'imaging su una macchina Tomo, TAC kilovoltage (kVCT) potrebbe essere erroneamente indicato come TAC megavoltage (MVCT) in RayTreat. Per ulteriori informazioni su questo problema, fare riferimento a Accuray.

[343504]

Alcuni dettagli delle annotazioni del piano in RayTreat potrebbero differire dai dettagli delle annotazioni del piano in iDMS

I piani di trattamento RayStation non vengono comunicati a iDMS utilizzando DICOM, ma il file DICOM RayStation viene memorizzato in iDMS mediante la funzionalità RayGateway.

Quando si archiviano file DICOM in iDMS, alcune proprietà del piano che non influiscono sulla dose non vengono memorizzate.

I dati del piano presentati in RayTreat vengono letti dal dominio RayStation. I nomi di piani, set di fasci e fasci nel dominio RayStation potrebbero differire dai nomi presentati in iDMS e da ciò che viene presentato in un RTPlan creato da iDMS.

Il nome del set di fasci memorizzato in iDMS viene influenzato dalla configurazione di *PlanNameFormat* in *RayGatewayConfig.xml* presente nella cartella di installazione RayGateway. Questa configurazione deve essere presa in considerazione durante la validazione se un nome set di fasci in RayTreat corrisponde a un nome di set di fasci in iDMS.

[344716]

Record del trattamento negati in caso di incoerenza delle informazioni sul paziente tra RayCare e iDMS

Un'incoerenza nei dati demografici del paziente (ad esempio, nome, sesso e data di nascita) tra RayCare e iDMS (Accuray Data Management System) causa il rifiuto dei record di trattamento da parte di RayTreat. Nella sessione non saranno registrate unità di monitoraggio (MU) erogate. La registrazione manuale delle unità di monitoraggio erogate è possibile prima del completamento della sessione. I record di trattamento possono essere esportati da iDMS e importati manualmente offline in RayStation, per tenere conto delle unità di monitoraggio erogate.

Assicurarsi che le modifiche ai dati anagrafici dei pazienti vengano sempre eseguite contemporaneamente sia in RayCare che in iDMS.

[403944]

L'angolo del gantry pianificato per i piani TomoHelical viene sempre visualizzato come "0"

L'angolo del gantry pianificato per i piani TomoHelical viene sempre visualizzato come "0" (zero) nel modulo *Delivery* in RayTreat e nella vista *Result* in RayStation. L'effettivo angolo di erogazione viene visualizzato in RayStation e nella console di erogazione del trattamento.

[713146]

5 RAYTREAT

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

5.1	Configurazione di Clinic Settings per RayTreat	p. 28
5.2	Gestione del trattamento in RayStation	p. 32
5.3	Gestione delle tabelle di tolleranza	p. 48
5.4	Attività RayTreat	p. 49
5.5	Risultati del trattamento in RayStation	p. 71

5.1 CONFIGURAZIONE DI CLINIC SETTINGS PER RAYTREAT

Per utilizzare RayTreat, è necessario configurare le impostazioni di trattamento nell'applicazione Clinic settings. La maggior parte delle impostazioni sono configurate al momento dell'installazione e sono quindi descritte nei documenti di installazione di RayTreat. Questa sezione fornisce alcune indicazioni importanti che l'utente deve tenere a mente.




Figura 2. La scheda **Treatment** in **Clinic settings**.

La configurazione presenta un elenco di sale che corrispondono alle sale per le quali l'utente può programmare un appuntamento in RayCare. Ogni sala presenta anche un elenco di modelli di macchine, che corrispondono ai modelli di configurazione della macchina in RayPhysics e vengono

utilizzati quando si crea un set di fasci in RayStation. Lo stesso modello di macchina può essere riportato in più sale. È inoltre possibile lasciare che una singola sala supporti più modelli di macchine.



AVVERTENZA!

Modelli di macchine. L'utente che configura quali modelli di macchine sono supportati in quali stanze deve conoscere a fondo la clinica, le sue stanze e i modelli di macchine. È fortemente sconsigliato rimuovere o rinominare qualsiasi modello di macchina durante la configurazione di una stanza. Si raccomanda invece di deprecare la macchina in RayPhysics se non si intende più utilizzare un modello di macchina. È ancora possibile aggiungere nuovi modelli di macchine a una stanza.

[34117?]

Per modificare le impostazioni della stanza di trattamento, fare clic sul pulsante **Modifica**. Viene aperta la finestra di dialogo **Edit treatment room settings**.

Figura 3. La finestra di dialogo **Edit treatment room settings**.

Absolute meterset tolerance e **Relative meterset tolerance** possono essere configurati per indicare quanta parte dell'erogazione del sistema di conteggio può mancare quando il sistema considera l'erogazione come comunque completata. Quando il sistema considera l'erogazione come completata, sulla sessione/frazione/fascio viene visualizzato un segno di spunta e non è più possibile erogare alcuna continuazione. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.4.4 Erogazione a pagina 59*.

Absolute meterset tolerance tiene l'unità in considerazione. Ad esempio, per una macchina di un fornitore che utilizza MU, NP (numero di particelle) e Minuti come unità del sistema di conteggio saranno definite tolleranze assolute del sistema di conteggio molto diverse l'una dall'altra.

È possibile specificare solo una delle tolleranze. Quando sono impostate tolleranze sia assolute che relative, l'erogazione viene considerata completa se una delle tolleranze risulta rispettata.

In **Imaging device system** (Sistema del dispositivo di imaging) è possibile inserire una trasformazione del dispositivo di imaging nel caso in cui il sistema di coordinate del paziente e il dispositivo di

imaging non corrispondano. Se la IDT è impostata su 0,0,0 il sistema di coordinate del paziente e il sistema di imaging coincidono.

5.1.1 Configurare l'approvazione dell'erogazione del set di fasci in Clinic settings

È possibile configurare Clinic settings in modo tale da richiedere un'ulteriore passaggio di approvazione prima che sia possibile erogare un certo set di fasci.




Figura 4. **Treatment settings** (Impostazioni di trattamento) in **Clinic settings** (Impostazioni cliniche).


Quando è selezionato **Require delivery approval of each beam set before RayCare delivery** (Richiede prima l'approvazione dell'erogazione per ciascun set di fasci), tutti i set di fasci aggiunti a un trattamento richiederanno l'approvazione dell'erogazione e non sarà possibile effettuare il check-in di un paziente per una sessione o convalidare la sessione per l'erogazione in RayCommand. Ciò non si applica ai set di fasci che fanno già parte di un trattamento quando l'impostazione viene abilitata. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.2.9 Approvazione dell'erogazione del set di fasci nel trattamento a pagina 44*.

Nota: *Questa funzione è applicabile solo ai trattamenti RayCare.*

5.2 GESTIONE DEL TRATTAMENTO IN RAYSTATION

5.2.1 Panoramica

Prima che un piano di trattamento approvato in RayStation possa essere utilizzato per l'erogazione in RayTreat, è necessario specificare quali piani e set di fasci utilizzare per una specifica frazione nel trattamento. Una panoramica del trattamento è disponibile nel pannello degli strumenti **Treatment course** a sinistra.



Fx	Plan	Beam set	Acquired images	Dose
1	✓	Beam set A1	-	
2	✓	Beam set A1	-	
3	✓	Beam set A1	-	
4	✓	Beam set A1	-	
5	✓	Beam set A1	-	
6	✓	Beam set A1	-	
7	✓	Beam set A1	-	
8	✓	Beam set A1	-	
9	✓	Beam set A1	-	
10	✓	Beam set A1	-	
11	✓	Beam set A2	-	
12	✓	Beam set A2	-	
13	✓	Beam set A2	-	

Figura 5. Pannello degli strumenti **Treatment course**.

La gestione del trattamento prima dell'erogazione può essere effettuata facendo clic con il pulsante destro del mouse sulle frazioni selezionate nel pannello, oppure nella scheda **Approval** del modulo **Plan evaluation**.

Ulteriori informazioni sulle frazioni incluse nel trattamento sono disponibili nella descrizione del comando.




Figura 6. Descrizione del comando con informazioni su una frazione.




Figura 7. Menu del pannello degli strumenti **Treatment course**.




Figura 8. Gestione del trattamento nella scheda **Approval**.

Nel modulo di gestione **Patient data** in RayStation, la panoramica di erogazione del trattamento mostra i piani disponibili per l'erogazione e il numero di frazioni erogate.

La panoramica di erogazione del trattamento mostra tutti i set di fasci che possono essere utilizzati per l'erogazione successiva. Vengono visualizzati il nome, la macchina e le frazioni assegnate.




Figura 9. Panoramica di erogazione del trattamento nella gestione **Patient data**.

Se vengono programmate frazioni in RayCare per una stanza senza alcun piano assegnato per un modello di macchina che corrisponde a quello supportato dalla stanza per l'erogazione, il piano e il set di fasci verranno visualizzati come - .

Quando esistono piani alternativi, la stessa frazione potrebbe ripetersi per più set di fasci. Ciò indica che queste frazioni possono essere erogate da una delle macchine specificate.

Di seguito sono descritte diverse azioni che consentono di gestire il trattamento.

5.2.2 Use plan in treatment course

L'assegnazione di piani per il trattamento viene eseguita nella finestra di dialogo **Use plan in treatment course** in RayStation. È possibile accedere alla finestra di dialogo facendo clic sul pulsante **Use plan in treatment course**.




Figura 10. La finestra di dialogo **Use plan in treatment course** in RayStation. La finestra di dialogo può avere un aspetto diverso a seconda del modello di macchina.

La finestra di dialogo **Use plan in treatment course** mostra il piano attualmente aperto, tutti i set di fasci approvati e a quali frazioni verrà assegnato ciascun set di fasci. L'assegnazione dipende dal programma di frazionamento del piano attuale e dalle frazioni già erogate.

Per poter assegnare un set di fasci per il trattamento, è necessario quanto segue:

- La macchina utilizzata nel piano deve avere un modello di macchina corrispondente configurato in una stanza di trattamento nella sezione **Treatment** dell'applicazione Clinic Settings (per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.1 Configurazione di Clinic Settings per RayTreat a pagina 28*).
- Il piano approvato deve avere una dose calcolata con la versione corrente del motore di calcolo della dose e la versione più recente, non deprecata, del modello di macchina di trattamento.
- Ogni set di fasci nel piano deve avere una prescrizione primaria.

Nota: Per IBA, deve essere presente esattamente un fascio di setup singolo nell'elenco.

Nota: In RayTreat, i set di fasci verranno visualizzati sia con il nome del piano che con il nome del set di fasci. Assicurarsi di utilizzare nomi univoci per i set di fasci.

**AVVERTENZA!**

Assicurarsi che il piano previsto sia in uso. Tutti i piani possono essere inclusi nel trattamento, indipendentemente dalla prescrizione o dal numero di frazioni pianificate. Prestare attenzione quando si assegnano piani diversi a frazioni diverse.

(7190)

In genere, quando la pianificazione del trattamento per un paziente è stata completata, il piano approvato viene assegnato per l'erogazione per tutte le frazioni nel trattamento. Ciò si ottiene aprendo la finestra di dialogo **Use plan in treatment course** e verificando che il set di fasci selezionato venga utilizzato per tutte le frazioni previste. Se la macchina di trattamento richiede di selezionare una tabella di tolleranza per un piano, anche questa deve essere selezionata nel menu a tendina **Tolerance table**.

Se le frazioni non hanno un set di fasci approvato, rimarranno non assegnate. In seguito possono essere assegnate aprendo di nuovo la stessa finestra di dialogo o modificando manualmente il trattamento. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.2.7 Modificare il trattamento a pagina 42*.

Se il piano dovesse essere sostituito durante il trattamento (ad es. se è necessario utilizzare un piano di trattamento ripianificato, adattato o di fallback al posto del piano originale), il nuovo piano verrà utilizzato secondo il proprio programma di frazionamento. L'utente deve verificare che il nuovo piano sia assegnato alle frazioni corrette nella finestra di dialogo **Use plan in treatment course**.

Nota: *Quando è stato eseguito il check-in di un paziente per una sessione di trattamento, il piano per la frazione corrispondente non può essere modificato.*

Impostare la posizione del lettino per l'erogazione

Se la macchina è impostata per supportare la modifica delle posizioni del lettino, è possibile impostare la posizione assoluta predefinita del lettino per il piano nella finestra di dialogo **Use plan in treatment course**.

Una volta impostate le posizioni del lettino e assegnato il piano di trattamento, è possibile aprire nuovamente la finestra di dialogo **Use plan in Treatment Course** per modificare i valori della posizione del lettino, ma non è possibile cancellare i valori.

Piani alternativi

Quando si utilizza un piano per il trattamento è possibile includere piani alternativi per sale diverse, se necessario. I piani alternativi non aumentano il numero di frazioni, ma sono utili quando si hanno diverse sale di trattamento e per poter riprogrammare facilmente una frazione per un'altra sala che non condivide un modello di macchina comune. Ciò sarà utile come backup, ad esempio, qualora una delle macchine necessiti di manutenzione.

Affinché un piano sia considerato come piano alternativo esistono una serie di requisiti da soddisfare:

- Deve essere stato pianificato sullo stesso set di immagini del piano originale.

- Deve utilizzare lo stesso set di strutture approvato del piano originale.
- Deve avere esattamente le stesse prescrizioni del piano originale.
- Deve esistere un punto di localizzazione e deve essere lo stesso punto di localizzazione del piano originale.
- Deve avere lo stesso programma di frazionamento del piano originale.
- Deve essere per un modello di macchina diverso da quella del piano originale.
- Il piano non deve essere erogabile nella stessa sala del piano originale.




Figura 11. La finestra di dialogo **Use plan in treatment course**, con piani alternativi.

Tutti i piani alternativi vengono visualizzati nell'elenco **Available plans** nella finestra di dialogo **Use plan in treatment course**. Quando si utilizzano piani alternativi, ogni set di fasci deve essere preparato configurando i **Settings** nella finestra di dialogo **Use plan in treatment course**.



Nota: Quando si seleziona un piano alternativo, gli altri piani per la stessa macchina potrebbero essere disabilitati. Ciò accade se la loro selezione porterebbe una frazione a ottenere set di fasci alternativi per la stessa macchina.

Nota: Non è possibile riprogrammare una sessione di continuazione per una macchina diversa da quella prevista in origine per la frazione.

Piani con isocentri multipli

Per i piani con isocentri multipli, vengono mostrate le posizioni del lettino per tutti gli isocentri di trattamento. Tenere presente che esistono alcuni requisiti specifici per i piani con isocentri multipli:

- Deve essere presente un POI di tipo “Punto di localizzazione”.
- Gli isocentri devono essere utilizzati solo per un set consecutivo di fasci e non devono essere utilizzati in fasci multipli con numeri di fascio non consecutivi. Ciò significa che un isocentro usato in precedenza non può essere ripetuto dopo l'utilizzo di un altro isocentro.

Questo è corretto		Questo NON è corretto																																																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Isocenter [cm]</th> <th>R-L</th> <th>I-S</th> <th>P-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>B1</td> <td></td> <td>Iso 1</td> <td>-0.79</td> <td>7.38</td> <td>31.57</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B2</td> <td></td> <td>Iso 1</td> <td>-0.79</td> <td>7.38</td> <td>31.57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B3</td> <td></td> <td>Iso 2</td> <td>0.00</td> <td>7.38</td> <td>31.57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fascio 1 - Iso 1 Fascio 2 - Iso 1 Fascio 3 - Iso 2</p>		No.	Name	Description	Isocenter [cm]	R-L	I-S	P-A	1	B1		Iso 1	-0.79	7.38	31.57	2	B2		Iso 1	-0.79	7.38	31.57	3	B3		Iso 2	0.00	7.38	31.57	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Isocenter [cm]</th> <th>R-L</th> <th>I-S</th> <th>P-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>B1</td> <td></td> <td>Iso 1</td> <td>-0.79</td> <td>7.38</td> <td>31.57</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B2</td> <td></td> <td>Iso 2</td> <td>0.00</td> <td>7.38</td> <td>31.57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B3</td> <td></td> <td>Iso 1</td> <td>-0.79</td> <td>7.38</td> <td>31.57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fascio 1 - Iso 1 Fascio 2 - Iso 2 Fascio 3 - Iso 1</p>		No.	Name	Description	Isocenter [cm]	R-L	I-S	P-A	1	B1		Iso 1	-0.79	7.38	31.57	2	B2		Iso 2	0.00	7.38	31.57	3	B3		Iso 1	-0.79	7.38	31.57
No.	Name	Description	Isocenter [cm]	R-L	I-S	P-A																																																					
1	B1		Iso 1	-0.79	7.38	31.57																																																					
2	B2		Iso 1	-0.79	7.38	31.57																																																					
3	B3		Iso 2	0.00	7.38	31.57																																																					
No.	Name	Description	Isocenter [cm]	R-L	I-S	P-A																																																					
1	B1		Iso 1	-0.79	7.38	31.57																																																					
2	B2		Iso 2	0.00	7.38	31.57																																																					
3	B3		Iso 1	-0.79	7.38	31.57																																																					

- Le posizioni del lettino per l'erogazione devono essere specificate nella finestra di dialogo **Use plan in treatment course**.
- Sono supportati i piani convalidati con posizioni di trattamento del paziente **HFS** (Head First Supine), **HFP** (Head First Prone), **FFS** (Feet First Supine) e **FFP** (Feet First Prone).

È possibile modificare solo la posizione del lettino per il primo isocentro; le altre posizioni del lettino vengono calcolate automaticamente in base alle posizioni relative degli isocentri.




Figura 12. La finestra di dialogo **Use plan in treatment course** per fasci multipli a isocentri separati. La finestra di dialogo può avere un aspetto diverso a seconda del modello di macchina.

5.2.3 Cancellare tutti i set di fasci

Questo pulsante cancella tutte le frazioni esistenti non erogate dei relativi set di fasci assegnati esistenti. Funzionalità simili per le singole frazioni sono disponibili nel pannello degli strumenti **Treatment course**. Il trattamento non deve essere approvato per consentire la rimozione dei set di fasci dalle frazioni. Viene visualizzato un avviso che permette all'utente di scegliere se verificare l'azione di rimozione di tutti i piani dalle frazioni non consegnate.




Figura 13. Finestra di dialogo di avviso visualizzata quando si cancellano tutti i set di fasci.

5.2.4 Modifica stato del QA

Nella finestra di dialogo **Use plan in Treatment Course**, è possibile definire se il set di fasci richiederà l'erogazione del QA o meno. Si noti che solo i piani di trattamento, al contrario dei piani di QA, saranno utilizzati per l'erogazione in questa versione di RayTreat, sia per l'erogazione del trattamento che per l'erogazione del QA. Quando viene eseguita l'erogazione del QA o se il requisito per l'erogazione del QA cambia, è possibile modificare lo stato del QA facendo clic sul pulsante **Edit QA status**.




Figura 14. La finestra di dialogo di **Edit QA status**.

Gli stati del QA disponibili sono elencati nella tabella seguente.

Tabella 5.1: Elenco degli stati del QA disponibili.

Stato del QA	Significato
Pending QA delivery	Il piano dovrebbe essere erogato, misurato per il QA specifico e analizzato prima dell'uso per il trattamento del paziente.
Pending QA analysis	Il piano QA specifico è stato erogato, ma i risultati non sono ancora stati analizzati.
Not needed	Il piano non richiede un piano QA specifico prima dell'erogazione del trattamento sul paziente, oppure lo stato del QA dei piani di trattamento è gestito in un altro sistema.

Stato del QA	Significato
Pass	Il piano è stato erogato e misurato per il QA specifico e i risultati sono stati analizzati e sono accettabili per l'erogazione del trattamento sul paziente.
Failed measurements	Il piano è stato erogato e misurato per il QA specifico e i risultati sono stati analizzati, ma sono inaccettabili per l'erogazione del trattamento sul paziente. È probabile che ciò accada perché il piano è corretto, ma la procedura di misurazione non è riuscita. Si raccomanda una nuova erogazione del QA e una nuova misura.
Failed plan	Il piano è stato erogato e misurato per il QA specifico e i risultati sono stati analizzati, ma sono inaccettabili per l'erogazione del trattamento sul paziente. È probabile che ciò accada a causa di un problema con il piano. Pertanto, il piano non deve essere utilizzato ed è necessaria una ripianificazione.
-	Lo stato del QA è sconosciuto.

5.2.5 Approvare il trattamento

Prima che un trattamento possa essere utilizzato per l'erogazione, è necessaria l'approvazione, eseguita facendo clic sul pulsante **Approve** (Approva), disponibile sia nel menu di scelta rapida nel pannello degli strumenti **Treatment course** (Trattamento) che nella scheda **Approval** (Approvazione) (vedere *sezione 5.2.1 Panoramica a pagina 32*). Una tabella mostra tutte le prescrizioni del trattamento e il contributo totale prescritto di tutte le frazioni per ciascuna prescrizione. Per ulteriori informazioni, vedere *Avanzamento nominale a pagina 61*.

Approve treatment course

Number of fractions in treatment course: 15
 Number of fractions without assigned beam set: 0

▲ Beam set VMATBoost is prescribed for 3 fractions but is used in 4 fractions
 ⓘ Beam set VMATPlan is prescribed for 15 fractions but is used in 9 fractions
 ⓘ Beam set VMATPlan1 is prescribed for 15 fractions but is used in 2 fractions

Treatment site	Prescription type	Delivered dose	Remaining dose	Expected total dose	Planned dose	Fractionation
PTV	Dose at 98% volume	0.00 Gy	20.00 Gy	20.00 Gy	20.00 Gy	2.00 Gy x 9 fx, 1.00 Gy x 2 fx
PTV	Dose at 90% volume	0.00 Gy	12.00 Gy	12.00 Gy	12.00 Gy	3.00 Gy x 4 fx

The planned dose may differ from prescriptions defined in RayCare

Approve Cancel

Figura 15. La finestra di dialogo **Approve treatment course**.

Facendo clic sul pulsante **Approve** (Approva) l'utente conferma che la dose prescritta del trattamento totale è come prevedeva. In RayTreat è possibile trattare solo i pazienti con un trattamento approvato per l'erogazione. L'erogazione del QA è ancora possibile senza approvazione.



AVVERTENZA!

Prescrizione nella finestra di dialogo Approve treatment course (Approva trattamento). La dose nominale prescritta pianificata mostrata nella finestra di dialogo *Approve treatment course* è la somma dei contributi della dose nominale per tutte le frazioni del trattamento. La prescrizione non viene sincronizzata automaticamente tra RayStation e RayCare. L'utente deve assicurarsi che la prescrizione nella finestra di dialogo *Approve treatment course* corrisponda alla prescrizione in RayCare.

[341634]

5.2.6 Annullare l'approvazione del trattamento

Facendo clic sul pulsante **Unapprove treatment course** (Annulla l'approvazione del trattamento), il trattamento non viene approvato per l'erogazione. Quando viene annullata l'approvazione di un trattamento, l'utente può apportare modifiche, ad esempio assegnando o cancellando il set di fasci nelle frazioni. Un paziente a cui è stata annullata l'approvazione di un trattamento può essere programmato per il trattamento. Tuttavia, RayTreat non consentirà di eseguire alcuna erogazione e non sarà possibile eseguire il check-in del paziente da RayCare. Per informazioni dettagliate su come un paziente con approvazione del trattamento annullata viene gestito in RayTreat, vedere *sezione 5.4.2 Schedule (Programmazione) a pagina 49*.

Annullare l'approvazione di un trattamento è possibile solo quando non è stato effettuato il check-in di alcuna sessione. È possibile modificare solo una frazione senza erogazione registrata.

5.2.7 Modificare il trattamento

Le seguenti azioni sono disponibili nel menu del pannello strumenti **Treatment course**. Alcune azioni sono disponibili solo per un trattamento non approvato.




Figura 16. Menu visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse nel pannello degli strumenti **Treatment course**.

- **View beam set:** modifica il set di fasci attualmente visualizzato in RayStation.
- **Refresh (Aggiorna):** Aggiorna il trattamento per visualizzare i dati più recenti.
- **Use plan in treatment course:** assegna il piano attualmente selezionato in RayStation per l'intero trattamento. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.2.2 Use plan in treatment course a pagina 34*.
- **Approve treatment course:** approva il trattamento per l'erogazione. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.2.5 Approvare il trattamento a pagina 41*.
- **Unapprove treatment course:** annulla l'approvazione del trattamento per l'erogazione. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.2.6 Annullare l'approvazione del trattamento a pagina 42*.
- **Edit QA status:** modifica lo stato del QA del set di fasci. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.2.4 Modifica stato del QA a pagina 40*.
- **Assign beam set:** aggiorna il set di fasci da erogare in una frazione. Qualsiasi set di fasci approvato di qualsiasi piano può essere assegnato a qualsiasi frazione non erogata. L'assegnazione di un set di fasci alle frazioni causa l'apertura di una finestra di dialogo simile alla finestra di dialogo **Use plan in treatment course**, in cui è possibile riassegnare la tabella di tolleranza, lo stato del QA e le posizioni del lettino.

Nota: *La tabella di tolleranza, lo stato del QA e le posizioni del lettino verranno modificati per tutte le frazioni seguenti che utilizzano lo stesso set di fasci.*

- **Clear beam set:** cancella i set di fasci assegnati per le frazioni selezionate. Se il set di fasci per una frazione deve essere riassegnato ma il nuovo set di fasci da utilizzare non è ancora approvato o deciso, la frazione può essere cancellata dal suo set di fasci attuale.
- **Add fraction[s]:** estende il trattamento con le frazioni desiderate. Le frazioni vengono sempre aggiunte alla fine del trattamento.
- **Remove fraction[s]** (Rimuovi frazioni): rimuove le frazioni selezionate per abbreviare il trattamento. Le frazioni vengono rimosse dalla fine del trattamento e possono essere rimosse solo le frazioni che non sono state mai erogate.

Nota: *Alcune delle azioni di cui sopra modificheranno i contributi nominali del trattamento per le prescrizioni definite. Pertanto, tali modifiche richiederanno prima che l'utente annulli l'approvazione di un trattamento, quindi che il trattamento venga approvato nuovamente.*

5.2.8 Mostra/modifica la nota del set di fasci

È possibile modificare la nota del set di fasci per un piano. La nota modificata verrà salvata per il piano nel trattamento.

Se il set di fasci ha una nota del set di fasci, in tutte le righe relative a tale set di fasci nell'elenco dei trattamenti viene visualizzato un fumetto.

Per mostrare/modificare una nota, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla frazione nel trattamento e selezionare **Show/Edit beam set note** (Mostra/Modifica nota del set di fasci).

5.2.9 Approvazione dell'erogazione del set di fasci nel trattamento

Quando Clinic settings è configurato per richiedere l'approvazione dell'erogazione del set di fasci, è necessario un ulteriore passaggio di approvazione prima che il set di fasci programmato possa essere consegnato. Per ulteriori informazioni, vedere *sezione 5.1.1 Configurare l'approvazione dell'erogazione del set di fasci in Clinic settings a pagina 31*.

L'opzione **Approve beam set delivery** (Approva erogazione del set di fasci) è accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse su una frazione nell'elenco dei trattamenti. L'approvazione dell'erogazione si applicherà al set di fasci visualizzato per la frazione.





Figura 17. Opzione **Approve beam set delivery** (Approva erogazione del set di fasci) in Treatment course.

L'erogazione può essere approvata per il gruppo di fasci attualmente selezionato facendo clic sul pulsante **Approve beam set delivery** (Approva erogazione del set di fasci) nella barra degli strumenti superiore. In questo modo è anche possibile approvare set di fasci attualmente non visualizzati nell'elenco dei trattamenti (set di fasci alternativi).



L'approvazione dell'erogazione del set di fasci richiede l'autenticazione da parte di un utente con diritti di erogazione del trattamento.




Figura 18. La finestra di dialogo di autenticazione per l'approvazione dell'erogazione del set di fasci.

Se l'erogazione del set di fasci programmato non è stata approvata, non sarà possibile effettuare il check-in del paziente per la sessione. Inoltre, non sarà possibile inviare i dati della sessione al driver del trattamento.




Figura 19. Esempio di una programmazione in RayTreat.




Figura 20. Esempio di informazioni sulla sessione in RayTreat.

Una volta approvata l'erogazione di un set di fasci, è possibile annullare l'approvazione. Anche questa azione richiede i diritti di erogazione del trattamento. La rimozione completa di un set di fasci dal trattamento annullerà l'approvazione dell'erogazione; se un set di fasci precedentemente approvato viene aggiunto nuovamente al trattamento, la sua erogazione dovrà essere nuovamente approvata.

È possibile visualizzare lo stato di approvazione dell'erogazione nell'elenco dei trattamenti e nella descrizione del comando della sessione. L'erogazione di un set di fasci approvato è indicata da un'icona del set di fasci con un'unità di trattamento di colore verde. Lo stato di approvazione dell'erogazione viene inoltre condiviso con RayCare e tale stato viene visualizzato come avviso di trattamento per una certa sessione.




Figura 21. Stato di approvazione dell'erogazione in Treatment course.

Quando Clinic settings è impostato in modo tale da richiedere l'approvazione dell'erogazione del set di fasci ma il set di fasci programmato non richiede che l'erogazione venga approvata (ossia, se il set di fasci è stato aggiunto al trattamento prima di selezionare l'opzione di approvazione dell'erogazione in Clinic settings), i pulsanti di approvazione dell'erogazione saranno visibili ma disabilitati. Per richiedere l'approvazione dell'erogazione di tali fasci, essi dovranno essere rimossi e aggiunti nuovamente al trattamento.

Nota: Questa funzione è applicabile solo ai trattamenti RayCare.

5.3 GESTIONE DELLE TABELLE DI TOLLERANZA

Per le macchine per il trattamento che supportano la trasmissione di una tabella di tolleranza nel piano RT, è necessario definire almeno una tabella di tolleranza nella finestra di dialogo **Tolerance table management** nel menu dell'applicazione in RayPhysics.

Quando si seleziona una tabella di tolleranza per un piano nella finestra di dialogo **Use for treatment** in RayStation, vengono visualizzate solo le tabelle di tolleranza approvate per la macchina di trattamento corrispondente.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione *Gestione delle tabelle di tolleranza* in *RSL-D-RS-12A-RPHY, RayStation 12A RayPhysics Manual*.

5.4 ATTIVITÀ RAYTREAT

Se RayTreat è installato per l'esecuzione come servizio, questo capitolo non è applicabile.

L'applicazione RayTreat è divisa in diverse parti, denominate attività di trattamento:

- **Schedule (Programmazione)**
- **Preparation (Preparazione)**
- **Erogazione**
- **QA**

L'utente può passare tra le varie attività facendo clic sulle schede nella barra superiore dell'interfaccia utente.

5.4.1 Barra superiore dell'interfaccia utente

La barra superiore dell'interfaccia utente contiene il menu RayTreat e le schede delle attività di trattamento Schedule (Programmazione), Preparation (Preparazione), Delivery (Erogazione) e QA.

Ogni scheda delle attività di trattamento contiene funzioni relative a tale attività di trattamento. Gli spazi di lavoro per le attività includono barre degli strumenti che mostrano le informazioni sul paziente selezionato e sul piano di trattamento selezionato, nonché altre informazioni rilevanti durante l'esecuzione dell'attività.




Figura 22. Le schede delle attività di trattamento, con Delivery (Erogazione) attiva.

Il menu RayTreat permette di accedere a funzioni globali come il salvataggio delle modifiche apportate allo stato del dominio tramite scripting, la gestione delle tabelle di tolleranza, la guida e l'uscita dall'applicazione. Il menu RayTreat viene aperto facendo clic sull'icona RayTreat nell'angolo in alto a sinistra.




Figura 23. Il menu RayTreat.

5.4.2 Schedule (Programmazione)

RayTreat visualizza un elenco di appuntamenti di trattamento programmati per la sala in cui è configurato.

Spazio di lavoro

Il nome della stanza di trattamento si trova nella parte superiore sinistra dello spazio di lavoro. Gli appuntamenti di trattamento della giornata sono elencati a sinistra nell'area di lavoro Schedule (per impostazione predefinita). È possibile visualizzare la programmazione per gli altri giorni facendo clic sulla freccia a destra della data odierna.

Le informazioni sul paziente si trovano a sinistra dello spazio di lavoro. Le informazioni contengono la foto del paziente, i dettagli, i contrassegni e gli avvisi che potrebbero essere rilevanti durante il trattamento.

Viene visualizzato un elenco di attività da eseguire durante la sessione di trattamento selezionata. A destra sono disponibili le informazioni dettagliate sulla sessione e i dettagli relativi al piano da erogare (ad es. numero di frazioni, modalità e tecnica di trattamento).





Figura 24. Lo spazio di lavoro Schedule.

Appuntamenti di trattamento

Gli appuntamenti di trattamento sono elencati a sinistra nell'area di lavoro Schedule. Ogni appuntamento è riassunto in una barra degli appuntamenti.



La barra degli appuntamenti contiene le seguenti informazioni:

- Ora di inizio programmata per l'appuntamento
- Durata stimata dell'appuntamento
- Stato del check-in
- Nome del paziente
- Numero di frazione rispetto al numero totale di frazioni. La frazione uno è evidenziata dal colore di sfondo verde.

Fare clic su un appuntamento nella programmazione per ottenere una panoramica dell'appuntamento. La panoramica è costituita da **Patient information** (Informazioni del paziente), **Appointment comments** (Commenti dell'appuntamento) provenienti da RayCare e **Session information** (Informazioni della sessione).

Le informazioni sul paziente vengono gestite e sincronizzate tramite le informazioni inserite in RayCare e le informazioni sul piano vengono gestite tramite la finestra di dialogo **Use plan in Treatment Course** in RayStation.

Un appuntamento a cui non è assegnato un piano per la sala attuale, oppure per un trattamento con approvazione annullata, viene indicato con un colore dello sfondo viola. Quando si fa clic sull'appuntamento, le informazioni sull'azione necessaria vengono visualizzate nel pannello a destra.





Figura 25. Un appuntamento senza piano e con un trattamento la cui approvazione è stata annullata.




Check-in di un paziente

Prima dell'erogazione di una sessione di trattamento, occorre effettuare il check-in del paziente. Ciò è possibile selezionando l'appuntamento corrispondente nella programmazione **Treatment** (Trattamento) in RayCare, quindi facendo clic sul pulsante **Check-in** (Check-in). Una volta effettuato il check-in del paziente, la sessione è disponibile per l'invio alla macchina di trattamento. Se sono presenti avvisi che devono essere riconosciuti dall'utente, la sessione deve essere inviata manualmente alla macchina di trattamento.

Il punto a sinistra del nome del paziente nella barra dell'appuntamento di trattamento indica lo stato del check-in del paziente. È possibile aprire la sessione di trattamento facendo clic su **Open session**. L'utente passa quindi allo spazio di lavoro Preparation per preparare il paziente all'erogazione del trattamento.

Sono disponibili i seguenti stati di check-in dei pazienti:

Colore indicatore di stato	Descrizione
Nero	L'indicatore di stato è nero se non è stato eseguito il check-in del paziente. 

Colore indicatore di stato	Descrizione
Giallo	<p>L'indicatore di stato diventa giallo quando il check-in del paziente è stato eseguito, ma le istruzioni di erogazione della sessione di trattamento non sono ancora disponibili nella console della macchina di trattamento.</p>  <p>Se l'indicatore di stato rimane giallo a lungo, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'appuntamento e scegliere Show driver status. Ciò indicherà gli eventuali problemi rilevati dal driver sul motivo per cui le istruzioni di erogazione della sessione di trattamento non sono ancora disponibili nella console della macchina di trattamento.</p>
Giallo con avviso	 <p>Se per il paziente viene effettuato il check-in ma le istruzioni di erogazione della sessione non possono essere inviate automaticamente, viene visualizzata un'icona di avviso accanto all'indicatore di stato giallo. Passando il mouse sull'icona avviso viene visualizzata una notifica che descrive i problemi da risolvere.</p> <p>Fare clic sul pulsante con i tre punti nella barra degli appuntamenti (visibile solo in questo particolare stato) per eseguire un'azione che risolve lo stato corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Send to driver per inviare manualmente le istruzioni di erogazione della sessione di trattamento alla console di trattamento. • Selezionare Remove from driver per rimuovere manualmente le istruzioni di erogazione della sessione di trattamento dalla console di trattamento. <p>Nota: <i>Questa azione deve essere utilizzata solo se l'indicatore di stato giallo non diventa nero come previsto, ad es. se il check-in è stato annullato.</i></p>
Verde	<p>Non appena tutte le informazioni per la sessione di trattamento sono state recuperate da RayPacs, l'indicatore di stato diventa verde. La sessione è ora pronta per essere avviata dalla console di erogazione del trattamento.</p> 

Colore indicatore di stato	Descrizione
Verde con avviso	<p>L'indicatore di stato è verde ma è presente un avviso, con due possibili motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo stato di una revisione d'immagine offline è Rejected: la situazione dovrà essere gestita durante la sessione. La sessione è rimasta in check-in fino al giorno successivo senza l'erogazione del trattamento. L'avviso indica che occorre rimuovere manualmente la sessione dal driver facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla sessione nel calendario. <p>Passando il mouse sull'icona di avviso viene visualizzata una notifica sull'avviso.</p>

5.4.3 Preparation (Preparazione)

Spazio di lavoro

Lo spazio di lavoro Preparation contiene le note di setup e le informazioni di setup del paziente necessarie per posizionare il paziente prima dell'imaging di verifica del posizionamento e dell'erogazione del trattamento.

Figura 26. Lo spazio di lavoro Preparation.

Preparazione di un paziente per l'erogazione del trattamento

Nella sezione **Patient setup instructions** (Istruzioni di impostazione del paziente) dello spazio di lavoro, vengono visualizzate le istruzioni di impostazione definite in RayCare. Ciò include le foto dell'impostazione del paziente e l'eventuale utilizzo di dispositivi di immobilizzazione. Nell'angolo inferiore sinistro della sezione vengono visualizzate le informazioni sul bolus per i fasci a cui è assegnato un bolus.

Nella sezione **Patient imaging** dello spazio di lavoro viene visualizzato lo spostamento dal punto di localizzazione all'isocentro di imaging. Per i sistemi di trattamento Accuray TomoTherapy o Radixact, lo spostamento viene visualizzato come **Red laser offset** nei sistemi di coordinate fissi. Per CyberKnife non viene visualizzato nulla, in quanto tutto ciò che riguarda lo spostamento viene gestito nel software CyberKnife. Per gli altri sistemi di erogazione del trattamento, lo spostamento viene visualizzato come coordinate del paziente o come coordinate del lettino, a seconda dell'opzione corrispondente nelle impostazioni cliniche di RayStation.



Quando le immagini di setup (immagini di verifica del posizionamento) sono state ricevute dal sistema di erogazione del trattamento, esse vengono elencate nella scheda **Imaging** a destra, insieme alla posizione del lettino con cui sono state acquisite le immagini. Se le registrazioni tra le immagini di pianificazione di riferimento e le immagini di setup acquisite sono state ricevute, esse vengono elencate nell'elenco **Registrations for selected image**. La correzione del lettino online implicita nella registrazione viene visualizzata nella sezione **Suggested online couch correction** per la registrazione selezionata.

Nota: *Per i sistemi Accuray TomoTherapy e Radixact, la correzione del lettino suggerita non viene calcolata dalla registrazione e tutte le coordinate verranno visualizzate come non definite.*

Una volta completati il setup e l'imaging del paziente, la fase di preparazione può essere completata facendo clic sul pulsante **Confirm preparation** nell'angolo in basso a destra. Se sono presenti immagini di setup multiple, selezionare quella da utilizzare per il calcolo delle correzioni di setup prima di fare clic sul pulsante **Confirm preparation**.

Revisione dell'immagine

Nella scheda **Image review** (Revisione delle immagini) sono visibili tutte le relative revisioni delle immagini offline effettuate in RayCare. Questa vista mostrerà le revisioni per tutte le frazioni relative al paziente e al trattamento corrente. Sono visibili solo le revisioni che sono state gestite in RayCare. Selezionando una frazione nell'elenco superiore, è possibile visualizzare i dettagli per la relativa revisione dell'immagine. Se lo stato è stato impostato su **Rejected** (Rifiutato), la revisione verrà

contrassegnata con un triangolo di avviso giallo  e viene attivata la comparsa di una finestra di dialogo all'apertura della sessione, dove si informa che una revisione è stata rifiutata. L'utente deve esaminare i dettagli per la revisione rifiutata e leggere le note. Se i dettagli non forniscono informazioni sufficienti, è possibile aprire la revisione in RayCare per ulteriori informazioni. Una volta eseguite le azioni appropriate, è possibile **Dismiss the warning** (Scartare l'avviso) facendo clic sul pulsante **Dismiss warning** (Scarta avviso) nella parte inferiore della scheda. In questo modo, il triangolo di avviso giallo verrà rimosso per la revisione selezionata e sostituito con un triangolo in grigio . Ciò indica che lo stato della revisione è **Rejected** (Rifiutato) e la finestra di dialogo di avviso non

verrà più attivata e l'avviso verrà ignorato. Sarà comunque possibile visualizzare tutti i dettagli anche se l'avviso è stato ignorato. Se la revisione viene aggiornata in RayCare, l'avviso non sarà più considerato ignorato. Ciò comporta la riattivazione dei triangoli di avviso gialli, poiché sono probabilmente disponibili nuove informazioni che richiedono attenzione.

**AVVERTENZA!**

Se un'immagine registrata per la revisione dell'immagine offline viene visualizzata come "Sconosciuta", significa che non è stata registrata come parte di una sessione di trattamento RayTreat, ma è stata importata e rivista in RayCare successivamente. Quando un'immagine è "Sconosciuta", si consiglia sempre di verificare l'immagine e la revisione dell'immagine offline in RayCare

(272198)





Figura 27. La scheda **Image review**.

Contributo nominale/fx

La barra degli strumenti mostra il contributo nominale pianificato per la frazione corrente. Si noti che il valore della frazione intera viene visualizzato anche per le sessioni in cui viene trattata solo una frazione parziale.



La presenza di più contributi nominali è indicata da un cerchio grigio con all'interno il numero di contributi nominali. Quando si passa il mouse su questa icona, tutti i contributi nominali vengono visualizzati in una descrizione del comando.

Tabella di tolleranza

Nella barra superiore, è possibile verificare che sia stata selezionata la tabella di tolleranza corretta per il piano visualizzando i dettagli della tabella di tolleranza. Fare clic sul pulsante **Details...** per aprire i dettagli della tabella di tolleranza.




Figura 28. I dettagli della tabella di tolleranza.

Posizioni del lettino

Se la macchina è impostata per supportare la modifica delle posizioni del lettino e queste sono state modificate manualmente nelle impostazioni di erogazione del trattamento o sono state propagate tramite il completamento della sessione di trattamento, è possibile visualizzare i dettagli aggiornati della posizione del lettino. Fare clic sul pulsante **Details...** accanto a **Table top positions** nella barra superiore per aprire la finestra di dialogo **Updated table top positions**. Se le posizioni aggiornate vengono modificate quando si preme **Use in treatment course**, la posizione del lettino viene aggiornata all'apertura della sessione in RayTreat. Tuttavia, se **Set delivery table top position** è deselezionato, nulla verrà aggiornato a meno che il piano non venga prima interrotto.



AVVERTENZA!

Verificare il posizionamento del lettino. Se le posizioni del lettino sono state inserite o propagate, utilizzare la finestra di dialogo “Updated table top positions” insieme al sistema di erogazione del trattamento e al sistema di posizionamento del paziente per verificare che lo spostamento del lettino dal punto di localizzazione al setup e le posizioni dell'isocentro di trattamento del lettino siano coerenti.

[10711]




Figura 29. La finestra di dialogo di **Updated table top positions**.

5.4.4 Erogazione

Spazio di lavoro

Lo spazio di lavoro di Delivery elenca tutte le frazioni di trattamento nel trattamento corrente. La frazione di trattamento corrente viene evidenziata in blu.




Figura 30. Lo spazio di lavoro Delivery.

Frazioni di trattamento

Se una frazione di trattamento viene erogata in più sessioni, le sessioni verranno elencate come sotto-righe al di sotto della frazione corrispondente. La riga della frazione riassume i valori nelle righe delle sessioni di trattamento.

I valori e gli stati per le frazioni non completamente erogate sono indicati in giallo e viene visualizzata un'icona di avviso.

Fx #	Beam set [DICOM plan label]	Machine	Meterset		Date	Status
			Planned	Delivered		
1	✓ BeamSet1Plan1	CGTR	32.23 MU	32.23 MU	24 May 2019, 11:30	Delivered
2	✓ 6docc	CGTR	81.11 MU	81.11 MU	22 May 2019, 09:12	Delivered
3	✓ 6docc	CGTR	81.11 MU	81.11 MU	22 May 2019, 14:23	Delivered
4	⚠ BeamSet1Plan1	CGTR	32.23 MU	16.11 MU	24 May 2019, 12:32	Partially delivered

Figura 31. L'elenco **Fractions** con una frazione parzialmente erogata.

Nota: È possibile modificare la nota finale solo se è selezionata la sessione di trattamento corrente. È possibile visualizzare i dettagli per altre sessioni di trattamento selezionando la riga corrispondente (la riga verrà evidenziata con un contorno blu). La frazione attuale rimarrà tuttavia evidenziata in blu.

Avanzamento nominale

L'avanzamento nominale viene visualizzato per tutte le prescrizioni incluse nel trattamento corrente. Se più set di fasci hanno la stessa prescrizione, il livello della dose di prescrizione combinata verrà visualizzato qui. La tabella può essere utilizzata per monitorare il rispetto della prescrizione durante il trattamento.

Nominal progress							
Treatment site	Prescription type	Delivered dose	Remaining dose	Expected total dose	Planned dose	Progress	
Prostate	Dose at 98% volume	760 cGy (RBE)	2041 cGy (RBE)	2801 cGy (RBE)	2801 cGy (RBE)		
PTV	Average dose	760 cGy (RBE)	1240 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)		
Bladder	Dose at 2% volume	266 cGy (RBE)	434 cGy (RBE)	700 cGy (RBE)	700 cGy (RBE)		
DSP	Dose at site	760 cGy (RBE)	1240 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)		

Treatment site (Sito del trattamento): Visualizza il nome della ROI/del POI/del sito a seconda del **Prescription type** (Tipo di prescrizione). Si noti che il **Prescription type** (Tipo di prescrizione) non tiene conto della percentuale di prescrizione.

Delivered dose (Dose erogata): Visualizza il contributo nominale accumulato al momento; questo valore aumenta con la prosecuzione del trattamento.

Expected total dose (Dose totale prevista): La dose totale prevista si basa inizialmente sul livello di dose pianificato, anche se può cambiare durante il trattamento a causa di deviazioni dalla somministrazione pianificata per le frazioni.

Planned dose (Dose pianificata): La somma di tutti i contributi nominali per tutte le frazioni di questa prescrizione.

Fractionation (Frazionamento): Specifica quante frazioni da diversi set di fasci contribuiscono alla prescrizione e specifica il rispettivo livello di dose prescritta. **Fractionation** (Frazionamento) viene visualizzato solo durante l'approvazione del trattamento e non nel modulo **Delivery** (Erogazione) di RayTreat.

Progress (Avanzamento): La barra di avanzamento mostra il completamento della prescrizione corrente in base alla dose erogata e alla dose totale prevista.

Nota: *Il contributo nominale non è correlato alla dose calcolata per il set di fasci in RayStation; esso si basa esclusivamente sulla dose prescritta e non è influenzato dall'eventualità che la prescrizione venga rispettata o meno.*

Risultato dell'erogazione del fascio

I dettagli di erogazione per la sessione di trattamento selezionata sono mostrati a destra in due tabelle diverse - una per i dati di erogazione del fascio e una commutabile tra le correzioni del lettino online, le posizioni assolute prescritte e registrate e gli angoli del lettino e le posizioni assolute prescritte e registrate del lettino (piano tavolo). È inoltre presente un'area di testo per l'inserimento di note sulla sessione erogata.

Details - Fx 5

Beam delivery result Manual recording

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status	Snout [cm]		
						Name	Prescribed	Delivered
1	✓ b4	6.58 MU	6.58 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
2	✓ b2	6.57 MU	6.57 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
3	✓ b1	6.78 MU	6.78 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
4	✓ b5	6.69 MU	6.69 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
5	✓ b3	5.62 MU	5.62 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18

Online couch correction [Couch positions](#) Couch angles

Beam #	Beam name	Isocenter name	Prescribed [cm]			Recorded [cm]		
			Lat	Long	Vert	Lat	Long	Vert
1	b4	● Plan1 3	1.00	2.00	3.00	20.00	5.00	11.00
2	b2	● Plan1 3	1.00	2.00	3.00	20.00	5.00	11.00
3	b1	● Plan1 1	1.02	1.80	2.91	15.00	9.00	10.00
4	b5	● Plan1 1	1.02	1.80	2.91	15.00	9.00	10.00
5	b3	● Plan1 2	1.12	1.90	3.11	2.00	1.00	8.00

Figura 32. Le tabelle **Beam delivery result** e **Couch positions**.

Details - Fx 5

Beam delivery result Manual recording

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status	Snout [cm]		
						Name	Prescribed	Delivered
1	✓ b4	6.58 MU	6.58 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
2	✓ b2	6.57 MU	6.57 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
3	✓ b1	6.78 MU	6.78 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
4	✓ b5	6.69 MU	6.69 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
5	✓ b3	5.62 MU	5.62 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18

Online couch correction Couch positions [Couch angles](#)

Beam #	Beam name	Isocenter name	Prescribed [deg]			Recorded [deg]		
			Rotation	Pitch	Roll	Rotation	Pitch	Roll
1	b4	● Plan1 3	2.00	6.00	14.00	4.00	2.00	9.00
2	b2	● Plan1 3	5.00	7.00	11.00	7.00	3.00	6.00
3	b1	● Plan1 1	5.00	7.00	11.00	2.00	3.00	15.00
4	b5	● Plan1 1	3.00	7.00	7.00	0.00	3.00	11.00
5	b3	● Plan1 2	1.00	3.00	4.00	8.00	11.00	6.00

Figura 33. Le tabelle **Beam delivery result** e **Couch angles**.

Beam delivery result					
Beam #	Beam name	Planned [MU]	Delivered [MU]	Gantry angle	Status
1	✓ b1	66.53	66.53	7.0	Completed
▶ 2	▲ b2	57.31	14.94	37.5	Partially delivered
3	▲ b3	62.59	-	48.9	Not delivered
4	▲ b4	85.15	-	57.2	Not delivered

Figura 34. La tabella **Beam delivery result** con tre fasci erogati in modo errato.

Beam delivery result						Manual recording
Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status	
1	▲ b1	36.81 MU	44.17 MU	0.00	Delivered	

Figura 35. La tabella **Beam delivery result** con una dose erogata sopra la tolleranza accettata.

Se si verificano problemi con l'integrazione tra RayTreat e il sistema di erogazione, viene visualizzata un'icona di errore accanto al fascio nei Risultati di erogazione del fascio per indicare che il fascio non è valido.

Se si è verificato un errore imprevisto in qualsiasi momento durante l'erogazione di una sessione, RayTreat potrebbe andare in crash o visualizzare una finestra di dialogo di errore. In alcuni casi queste sessioni non possono ricevere ulteriori informazioni dal sistema di erogazione. La sessione entra quindi in stato di errore. Ciò viene visualizzato nel calendario e nella barra degli strumenti accanto alla colonna **Status**. Sarà presente un'icona di errore. Passando il mouse sopra tale icona verrà visualizzata una notifica che indica come procedere. Il sistema di erogazione può comunque procedere con il trattamento anche se la sessione è in stato di errore in RayTreat. Tuttavia, RayTreat non potrà visualizzare alcun avanzamento. Le immagini di setup e le registrazioni di trattamento acquisite verranno comunque inviate al sistema OIS. Al termine del trattamento, annullare la sessione e registrare manualmente ciò che è stato erogato, quindi completare la sessione. Segnalare questi casi all'e-mail dell'assistenza di RaySearch: support@raysearchlabs.com, oppure al distributore italiano. Se è possibile salvare la registrazione di trattamento prodotta dalla console di erogazione del trattamento specifica del fornitore, questa registrazione potrà essere successivamente importata e modificata come erogazione in RayStation (vedere *sezione 5.5.2 Modificare l'erogazione a pagina 72*).



Figura 36. L'icona di errore

Correzione del lettino online

La correzione del lettino online sarà calcolata come differenza tra la posizione registrata del lettino e il punto di acquisizione dell'immagine spostato a seconda dello spostamento tra il fascio di setup e il fascio di trattamento, se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- Esiste un'immagine di setup acquisita con una posizione del lettino registrata
- È presente un fascio di setup
- Viene registrata la posizione del lettino per l'erogazione
- La preparazione è stata confermata

Se una di queste condizioni non viene soddisfatta, viene provato un algoritmo alternativo. L'algoritmo alternativo calcola la correzione del lettino online come differenza tra la posizione del lettino pianificata e quella registrata. Se tali posizioni non sono disponibili, non verrà calcolata alcuna correzione del lettino online.

Se viene utilizzato il primo algoritmo, sopra l'elenco dei fasci viene visualizzata la notifica "Shift from the laser-corrected planned table top position to treated table top position" (Spostare dalla posizione del lettino pianificata corretta per il laser alla posizione del lettino per il trattamento). Se viene utilizzato il secondo algoritmo, la notifica visualizzata è invece "Shift from initial planned table top position to treated table top position" (Spostare dalla posizione del lettino pianificata iniziale alla posizione del lettino per il trattamento).

Nota: *La correzione del lettino online mostrata per i trattamenti eseguiti con sistemi Accuray TomoTherapy o Radixact è la registrazione accettata della correzione del lettino, quindi non necessariamente la correzione del lettino esatta eseguita.*

Details - Fx 5

Beam delivery result Manual recording

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status	Snout [cm]		
						Name	Prescribed	Delivered
1	✓ b4	6.58 MU	6.58 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
2	✓ b2	6.57 MU	6.57 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
3	✓ b1	6.78 MU	6.78 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
4	✓ b5	6.69 MU	6.69 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
5	✓ b3	5.62 MU	5.62 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18


Online couch correction Couch positions Couch angles

Beam #	Beam name	Isocenter name	[cm]			[deg]		
			Lat	Long	Vert	Rotation	Pitch	Roll
1	b4	● Plan1 3	19.00	3.00	8.00	2.00	-4.00	-5.00
2	b2	● Plan1 3	19.00	3.00	8.00	2.00	-4.00	-5.00
3	b1	● Plan1 1	13.98	7.20	7.09	-3.00	-4.00	4.00
4	b5	● Plan1 1	13.98	7.20	7.09	-3.00	-4.00	4.00
5	b3	● Plan1 2	0.88	-0.90	4.89	7.00	8.00	2.00

Figura 37. Le tabelle **Beam delivery result** e **Online couch correction**.

Annula sessione

Se una sessione di trattamento non può essere completata né annullata attraverso la console di trattamento (software del fornitore della macchina) oppure se le modifiche allo stato della sessione non vengono inoltrate correttamente a RayTreat, è possibile annullare la sessione tramite il pulsante **Cancel session** (Annulla sessione) nella barra superiore RayTreat.



Una volta annullata una sessione, non è più possibile eseguire erogazioni. La registrazione manuale può ancora essere eseguita e per continuare con l'erogazione successiva è necessario il completamento della sessione.

Completamento della sessione di trattamento

Una volta che il sistema di erogazione ha completato il trattamento, la sessione deve essere completata anche in RayTreat:

1. Fare clic sul pulsante **Complete session** nella parte inferiore destra dello spazio di lavoro Delivery.




Si apre una finestra di dialogo che visualizza tutti i fasci registrati durante la sessione di trattamento.

2. Verificare che i dati registrati siano corretti.
3. Completare la sessione di trattamento facendo clic su **Yes**. Si apre la finestra di autenticazione. In alternativa, se si è verificato un errore nella registrazione del trattamento, fare clic su **No** e correggere la registrazione prima di completare la sessione.
4. Immettere il nome utente e la password nella finestra di autenticazione.


Nota: *L'utente che completa una sessione deve garantire che tutte le erogazioni siano registrate correttamente. Se una registrazione non viene ricevuta automaticamente, deve sempre essere eseguita una registrazione manuale. Ciò è necessario per garantire che una sessione di continuazione non possa ricevere un sovradosaggio.*

Nota: *L'utente deve completare una sessione attiva prima di continuare il trattamento con un'altra sessione. Se una sessione non è stata completata, questa viene indicata nello spazio di lavoro Scheduling (Programmazione) come segue:*



Registrazione manuale

Se i risultati di erogazione del fascio visualizzati nell'area di lavoro Delivery (vedere *Risultato dell'erogazione del fascio a pagina 61*) non corrispondono a ciò che è stato effettivamente erogato (ad es. a causa di un errore di comunicazione), è possibile correggerli manualmente creando una registrazione aggiuntiva di ciò che è stato erogato. Per creare una registrazione aggiuntiva, selezionare il fascio con un sistema di conteggio mancante e fare clic sul pulsante **Manual recording**.



Nell'elenco dei risultati di erogazione del fascio, gli elementi con sistemi di conteggio aggiunti manualmente sono indicati da un'icona a penna.

Sessione di continuazione

Se la frazione non è stata completamente erogata nella prima sessione di trattamento, lo stato **Partially delivered** (Erogato parzialmente) verrà visualizzato per uno o più fasci e per l'intera sessione di trattamento. Quando si completa una sessione di trattamento erogata solo parzialmente, è possibile selezionare l'opzione per **Create a continuation session** nella finestra di dialogo **Do you want to approve this delivery**. Il sistema di conteggio pianificato nella sessione di continuazione sarà costituito dalla differenza tra i valori pianificati per la frazione di trattamento originale e ciò che è stato erogato.

Dopo aver completato una sessione di trattamento e aver creato una sessione di continuazione, tale sessione dovrà essere programmata in RayCare.




Figura 38. La finestra di dialogo Approvazione erogazione.

Propagare la posizione del lettino

Se la macchina è impostata per supportare la modifica delle posizioni del lettino, è possibile propagare la posizione lineare registrata del lettino per l'erogazione ottenuta dalla registrazione di trattamento per tutte le frazioni successive. Questa operazione viene eseguita selezionando l'opzione **Propagate the recorded table top linear position to future sessions** e verificando le posizioni assolute visualizzate. L'utente riceverà una notifica la volta successiva che queste nuove posizioni vengono

utilizzate per l'erogazione. Se vengono erogati più fasci, tutti devono essere stati erogati entro le tolleranze corrispondenti definite nella tabella di tolleranza utilizzata per la frazione. Le differenze laterali, longitudinali e verticali devono essere tutte nei limiti di tolleranza.

Per i piani con isocentri multipli, tutti i fasci erogati vengono considerati nella convalida delle tolleranze. Tuttavia, solo il primo fascio erogato per il primo isocentro viene utilizzato per calcolare la posizione per la posizione propagata. Se non è stato erogato alcun fascio al primo isocentro, la propagazione non è possibile.





Figura 39. La finestra di dialogo Approvazione erogazione con propagazione della posizione del lettino.

Sessione finale


Dopo l'erogazione della sessione finale di trattamento, l'utente ha la possibilità di completare anche l'intero trattamento:

1. Dopo aver erogato la sessione finale di trattamento, viene visualizzato l'avviso **Complete Treatment Course**.



2. Fare clic su **Yes** per confermare che tutte le sessioni di trattamento per questo caso sono state completate e quindi impedire ulteriori erogazioni per il trattamento.

Fare clic su **No** per mantenere aperto il trattamento. È comunque possibile completare il trattamento successivamente in RayStation facendo clic sul pulsante **Complete Treatment Course** nel modulo Dose Tracking.



5.4.5 QA

Spazio di lavoro

Lo spazio di lavoro di QA contiene strumenti per l'invio di piani di QA alla macchina di trattamento. Tutti i piani programmati per l'avvio e con stato di QA impostato su **Pending QA delivery** vengono visualizzati nell'elenco **Plans to QA**.




Figura 40. Lo spazio di lavoro di QA.

Erogazione dei piani in modalità QA

Per erogare piani in modalità QA, è necessario impostare RayTreat in modalità QA. Per attivare la modalità QA, fare clic sul pulsante **Initiate** nella barra degli strumenti.

In modalità QA, la sessione di QA deve essere avviata prima che sia disponibile per il sistema di erogazione del trattamento. Una volta terminata l'erogazione del QA, la sessione deve essere completata come per le sessioni di trattamento (*Completamento della sessione di trattamento a pagina 65*). Lo stato del QA del piano può quindi essere modificato in una delle seguenti opzioni:

- **Pending QA delivery**
- **In attesa di analisi**
- **Not needed**
- **Pass**
- **Failed measurements**

- **Failed plan**

5.5 RISULTATI DEL TRATTAMENTO IN RAYSTATION

Dopo l'erogazione del trattamento, è possibile esaminare i risultati dell'erogazione in RayStation. I risultati dell'erogazione vengono visualizzati nel layout dello spazio di lavoro **Result** nel modulo Dose Tracking in RayStation. I risultati di erogazione (come lo stato dell'erogazione del fascio, le posizioni del lettino, gli angoli del lettino e la correzione del lettino online) possono essere esaminati per ogni sessione di trattamento erogata.

The screenshot displays the RayStation software interface in the 'Result' workspace layout. The top left shows the patient profile for Joseph Moore, anonymized on 2021-10-26. The main area is divided into several sections:

- Top Bar:** 'Dose tracking' and 'Adaptive replanning' tabs. Action buttons include 'Compare', 'Result', 'Cancel session', 'Modify delivery', '+ Add session to fraction', and 'Complete treatment course'.
- Workspace Layout:** 'WORKSPACE LAYOUT', 'SESSION', and 'TREATMENT COURSE' tabs.
- Treatment Course Approved:** A list of 14 beam sets. The first three are 'Beam set...' (1, 2, 3) and the remaining are 'Beam set A1' (3.0, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
- Beam Delivery Result:** A table showing delivery details for Fraction 1, Room: CGTR, Scheduled time: 02 Nov 2021, 10:20, Treatment time: 02 Nov 2021, 10:12.

Beam #	Beam name	Planned		Delivered		Gantry angle [deg]		Status	Snout [cm]		
		MU	MU	MU	MU	Planned	Delivered		Name	Planned	Delivered
1	b1	60.57	60.57	90.00	90.00	Delivered	SnoutM	32.30	32.30		
2	b2	66.10	66.10	325.00	325.00	Delivered	SnoutM	32.30	32.30		
- Online Couch Correction:** A table showing couch positions and angles for each beam set.

Beam #	Beam name	Isocenter name	[cm]			[deg]				
			Lat	Long	Vert	Rotation	Pitch	Roll		
1	b1	Beam set A1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	b2	Beam set A1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- Final note:** A text area for recording final notes.

Figura 41. Il layout dello spazio di lavoro **Result** nel modulo Dose Tracking in RayStation.


È possibile modificare i risultati o compensare eventuali errori commessi in RayTreat. È inoltre possibile annullare e registrare le sessioni di trattamento erogate al di fuori di RayTreat, in modo che i risultati possano comunque essere utilizzati per il dose tracking o quando si visualizzano i risultati del trattamento in RayCare e RayStation. La modifica dei risultati e la registrazione delle sessioni di trattamento non sono disponibili durante l'uso di RayCommand.

Nota: *Le modifiche apportate in questo spazio di lavoro non possono essere annullate. Tutte le modifiche apportate qui richiedono che non esistano modifiche non salvate precedenti. Inoltre, tutte le modifiche richiedono che l'autenticazione dell'utente venga eseguita prima del completamento.*

Nota: *Il trattamento deve essere approvato per poter modificare l'erogazione o annullare una sessione.*

5.5.1 Annulla sessione

Per annullare una sessione di trattamento da RayStation, fare clic sul pulsante **Cancel session** (Annulla sessione) nel modulo Dose Tracking in RayStation.




È possibile annullare qualsiasi sessione che non sia stata completata. Tuttavia, si consiglia di annullare una sessione avviata tramite RayTreat. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Annulla sessione a pagina 65*.

Nota: *È sempre preferibile annullare una sessione tramite RayTreat prima di annullarla tramite RayStation, se la sessione è programmata per l'erogazione nello stesso giorno.*

Quando si annulla una sessione in RayStation, l'utente deve confermare l'annullamento e completare la sessione. Una volta che una sessione è stata annullata è ancora possibile modificare l'erogazione tramite il pulsante **Modify delivery** (Modifica erogazione).

5.5.2 Modificare l'erogazione

Per modificare l'erogazione del trattamento, fare clic sul pulsante **Modify delivery**.



Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente all'utente di aggiungere, modificare o rimuovere le registrazioni manuali di trattamento correnti. Le registrazioni manuali che possono essere modificate sono indicate con un'icona a penna.




Figura 42. La finestra di dialogo **Modify delivery**.

Aggiungere una registrazione di trattamento

Per aggiungere manualmente una registrazione di trattamento, fare clic sul pulsante verde **Add** (Aggiungi). La procedura è uguale a quella con cui si inserisce una registrazione manuale di trattamento in RayTreat. Per ulteriori informazioni, vedere *Registrazione manuale a pagina 66*.

Modificare una registrazione di trattamento

Una volta aggiunta, è possibile modificare una registrazione manuale immettendo un valore nella colonna **Delivered** (Erogato). Lo **Status** (Stato) dell'erogazione deve inoltre essere impostato su **Delivered** (Erogato) o **Partially delivered** (Parzialmente erogato). Allo stesso modo è possibile modificare una delle registrazioni manuali create in RayTreat.

Eliminare una registrazione di trattamento

Per eliminare una registrazione manuale, rappresentata dall'icona a penna, fare clic sul pulsante **Delete** rosso.

Importare una registrazione di trattamento

Per importare una registrazione di trattamento da utilizzare per modificare l'erogazione, fare clic sul pulsante **Import treatment record**. Ciò consente all'utente di importare una registrazione di trattamento selezionando una registrazione di trattamento DICOM da file.

Se sono presenti discrepanze nell'erogazione prevista della sessione corrente, queste dovranno essere accettate come sostituzioni nella finestra di dialogo. Verrà verificata per discrepanza la non

corrispondenza nella registrazione di trattamento rispetto alla sessione selezionata di macchina, dettagli del paziente, numero di frazione o ID del piano.



AVVERTENZA!

Per una sessione di continuazione in cui è necessaria l'importazione di una registrazione di trattamento, la registrazione di trattamento deve essere importata manualmente sia in RayStation che nel PACS. Non è sufficiente importare la registrazione di trattamento solo in RayCare PACS. Non viene verificato che tutte le registrazioni di trattamento in RayCare PACS siano state importate in RayTreat. Se tutte le registrazioni di trattamento non sono importate correttamente in RayTreat per una frazione che richiede una sessione di continuazione, è possibile erogare di nuovo la dose erogata in precedenza.

[272901]

Nota: *Tutte le discrepanze visualizzate dovranno essere analizzate per rilevanza, in particolare per quanto riguarda eventuali avvisi specifici del fornitore della macchina, prima di essere accettate come sostituzioni.*

Se la frazione corrente è stata erogata durante più sessioni di trattamento, viene visualizzata una finestra di dialogo di sostituzione aggiuntiva in cui l'utente deve confermare che la sessione attualmente selezionata nell'elenco dei trattamenti è effettivamente la sessione nella quale la registrazione del trattamento deve essere importata.

Nota: *È necessario prestare particolare attenzione quando si modifica una sessione per una frazione che non è l'ultima. Se la modifica del sistema di conteggio registrato implicherebbe la modifica delle sessioni seguenti per quanto riguarda l'erogazione o la non erogazione di un determinato fascio, lo stato delle sessioni seguenti potrebbe essere rappresentato in modo imprevisto. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione durante l'erogazione delle sessioni successive per la frazione modificata.*

Approvare l'erogazione modificata

Una volta completata la sessione di trattamento modificata, fare clic su **OK**. Viene visualizzata una finestra di dialogo di approvazione, simile a quella visualizzata quando si completa una sessione in RayTreat. Per ulteriori informazioni, vedere *Completamento della sessione di trattamento a pagina 65*.




Figura 43. La finestra di dialogo Approvazione erogazione.


Questa finestra di dialogo fornisce un elenco completo delle registrazioni di trattamento da erogare. Verificare che l'erogazione sia quella prevista. Aggiungere una nota finale o modificare le note di trattamento esistenti se le informazioni sono ancora rilevanti.

Una volta accettato, il risultato in RayStation verrà aggiornato di conseguenza e anche il risultato in RayCare dovrebbe riflettere la modifica.

5.5.3 Aggiungere una sessione alla frazione

Per aggiungere una sessione di trattamento aggiuntiva alla frazione selezionata, fare clic sul pulsante **Add session to fraction** (Aggiungi sessione alla frazione). Ciò deve essere fatto se l'ultima sessione è stata completata ma sono presenti ancora erogazioni per la specifica frazione.


Nota: *Prima di poter aggiungere una sessione alla frazione, occorre annullare l'approvazione del trattamento.*



La nuova sessione aggiunta dovrà quindi essere programmata manualmente tramite RayCare.

5.5.4 Completare il trattamento

Quando tutte le frazioni sono state erogate e completate, è possibile completare l'intero trattamento facendo clic sul pulsante **Complete Treatment Course**. Non sarà possibile effettuare ulteriori erogazioni per un trattamento completato.



INDICE

E

Etichetta 9

Etichetta del prodotto 9

N

Nome del prodotto 9

Numero di versione 9

Numero di versione del software 9

V

Versione del prodotto 9



INFORMAZIONI DI CONTATTO



RaySearch Laboratories AB (publ)
Eugeniavägen 18C
SE-113 68 Stockholm
Sweden

Contact details head office

P.O. Box 45169
SE-104 30 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 510 530 00
Fax: +46 8 510 530 30
info@raysearchlabs.com
www.raysearchlabs.com

RaySearch Americas

Phone: +1 877 778 3849

RaySearch France

Phone: +33 1 76 53 72 02

RaySearch Korea

Phone: +82 10 2230 2046

RaySearch Australia

Phone: +61 411 534 316

RaySearch Belgium

Phone: +32 475 36 80 07

RaySearch Germany

Phone: +49 30 893 606 90

RaySearch Singapore

Phone: +65 81 28 59 80

RaySearch China

Phone: +86 137 0111 5932

RaySearch Japan

Phone: +81 3 44 05 69 02

RaySearch UK

Phone: +44 2039 076791

